


# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>Q</sup>

*„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*



ZOZ/NZP/53/2018

Bolesławiec, dnia 12.06 2018r.

## STRONA WWW

Dotyczy: **Przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w podziale na 29 zadań dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Bolesławcu- znak sprawy: 5/Sprzet medyczny/18.**

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ w przetargu 5/Sprzet medyczny/18 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu – działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017.1579 zwana dalej ustawą) odpowiada:

### SIWZ

- 18.40** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

**ODPOWIEDŹ:** Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja. Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

- 4.1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie dokumentu JEDZ w formie papierowej wraz z ofertą ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający odsyła do ustawy.

- 15.5** dotyczy Pakietu nr 1 – zapis siwz pkt. 14.2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie wymagany termin realizacji zamówienia do max. 8 tygodni od dnia zawarcia umowy

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

- 15.6** dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 1 Zwracam się z prośbą o potwierdzenie iż, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Zamawiający będzie wymagał w zależności od klasy wyrobu medycznego Deklaracji Zgodności lub Certyfikatu CE, (Certyfikat CE nie jest wymagany dla wyrobów medycznych klasy I )

**ODPOWIEDŹ:** zgodnie z treścią SIWZ pkt. 6.2.7 i ustawą o wyrobach medycznych Zamawiający będzie wymagał Deklaracji Zgodności i- w zależności od klasy wyrobu medycznego Certyfikatu zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną. Dotyczy wszystkich zadań/pakietów

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel.75-738 02 00  
fax.75-738 02 01  
e-mail:  
sekretariat@zozbol.eu  
http://www.zozbol.eu





**15.7** dotyczy pkt. 6.2 zapis siwz ppkt. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie: Odpowiednich katalogów **autoryzowanego dystrybutora producenta** (zawierających numery katalogowe oferowanych produktów), foldery lub materiały źródłowe **autoryzowanego dystrybutora producenta** /oświadczenia **autoryzowanego dystrybutora producenta** w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w **załączniku nr 1** do SIWZ.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**20.13** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z załącznika nr 1 Formularz Ofertowy pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z załącznika nr 3 Formularz Ofertowy pakietów które nie dotyczą Wykonawcy**

**20.14.** Zwracamy się z prośbą o usunięciu wymogu posiadania przez oferowany przez Wykonawcę sprzęt „zgłoszenia/wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych”. Zgodnie z zapisami w/w ustawy powyższy dokument nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób medyczny do użytku a jedynie wymogiem czysto administracyjnym.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

**21.1** Czy z uwagi na fakt, że foldery/katalogi producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów techniczno-użytkowych wyszczególnionych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia dystrybutora, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i trudno oczekiwać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**15.8** Dotyczy zapisu siwz pkt. 6.2 ppkt. 7 oraz opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet nr 1 pkt. 162 oraz 164 w nawiązaniu do pkt. 149 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznych produktów (wyposażenia) takich jak np. zmiękcacz wody, system monitorujący – raportujący i zrezygnuje z konieczności dołączania dla nich dokumentów zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (zapis siwz pkt. 6.2 ppkt. 7) oraz dopuści w pkt. 149 dokumenty tj. np. Atest PZH oraz Deklaracja Zgodności i wyrazi zgodę na modyfikację specyfikacji cenowej w tym zakresie w pkt. 12 w Pakiecie nr 1 (dodanie pozycji dla wyrobów niemedycznych ze stawką VAT 23%). Oferowane urządzenie główne (myjnia endoskopowa) posiada dokumenty dopuszczające zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający w zakresie zadanego pytania- wyraża zgodę- ale nie wymaga- na zaoferowanie niemedycznych produktów (wyposażenia) - zmiękcacz wody, system monitorujący – raportujący i wyraża zgodę na dodanie w zał. Nr 2 kolejnych pozycji po poz. 12, dla wyrobów niemedycznych ze stawką VAT 23%.**

**18.6.** Dotyczy zał. Nr 1, Źródło światła pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano źródło światła zintegrowane z procesorem obrazu? Jeśli tak, to prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w formularzu cenowym.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian. Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie przez Wykonawcę zał. Nr 2 do SIWZ w ww. zakresie**

### **PROJEKT UMOWY – ZAŁ. NR 6 DO SIWZ**

**15.12** dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 pkt. 188 a tym samym dostosuje go do wzoru umowy Par 9 pkt. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt. 188 na następujący: Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia - maksymalnie 5 dni roboczych, **natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – maksymalnie 12 dni roboczych**

**20.12** Dotyczy załącznik nr 2, Gwarancja i serwis Prosimy o dostosowanie pkt. Dot. Czasu oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do zapisów umowy w § 9 ust 15.

**ODPOWIEDŹ 15.12 i 20.12- : Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany. Projekt umowy w zakresie par. 9 ust. 15 jest rozszerzeniem zał. Nr 1**

**15.9** dotyczy wzoru umowy Par 9 ust. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par 9 pkt. 15 na następujący: 15. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie **nie dłuższym niż (max. 5 dni) .....dni robocze, tj. od pn-pt**(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) bez użycia części zamiennych lub z użyciem części zamiennych nie sprowadzanych z zagranicy, licząc od daty zgłoszenia awarii/usterki w siedzibie Zamawiającego. W przypadku sprowadzania części spoza Polski Wykonawca wykona naprawę **max. do(max.12dni) .....roboczych, tj. od pn-pt** (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)**i max. do (15 dni) .....roboczych), tj. od pn –pt** (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE. Jeżeli usługi



gwarancyjnej ze względów technicznych nie będzie można wykonać w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt i ryzyko odbierze, a po wykonanej usłudze dostarczy do siedziby Zamawiającego serwisowany sprzęt lub jego podzespoły/moduł.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**18.30** Dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 6 - § 6 ust. 7 oraz § 9 ust. 17 i 19 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów umowy w taki sposób, by podmiot trzeci, któremu Zamawiający w określonych przypadkach zleci ekspertyzę lub naprawę posiadał autoryzację producenta, co pozwoli na zachowanie ciągłości gwarancji.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. .**

**18.31** Dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 6 - § 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu o poniższej treści:

„Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego urządzenia wynikłe wskutek:

- a) eksploatacji wyposażenia przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie stosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,
- b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby, uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, siłą wyższą np. powódź, zalania pożar.”

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. .**

**18.33** Dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 6 - § 9 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by okres gwarancji dla nowo zainstalowanego podzespołu/modułu po naprawie wynosił minimum 12 miesięcy lub więcej w przypadku gdy pozostały okres gwarancyjny wynikający z umowy gwarancyjnej jest dłuższy niż wskazany?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**18.34** Dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 6 - § 9 ust. 12 Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Jeżeli Wykonawca po pisemnym wezwaniu do (...)”

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**18.35** Dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 6 - § 9 ust. 14 oraz opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1, zestaw endoskopowy – gwarancja i serwis – tabela pkt 186 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie do max 72 godzin w dni robocze?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**18.36** Dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 6 - § 9 ust. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas wykonania naprawy/usunięcia uszkodzenia rozpoczął swój bieg z chwilą dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie udzielonej gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**18.37** Dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 6 - § 9 ust. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Jeśli Wykonawca nie dokona naprawy w terminach, o którym mowa powyżej, lub jeśli po usunięciu usterki lub awarii urządzenie nadal nie będzie w pełni sprawne, Zamawiającemu, po dodatkowym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, przysługuje prawo do zlecenia naprawy wraz z kosztami ewentualnego transportu w obie strony innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy kar umownych.”

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**16.1** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- a. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionego w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w wykonaniu przedmiotu umowy.
- b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% od wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczenia terminu przez Zamawiającego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości wadliwej części przedmiotu umowy.



- c. odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości **10%** wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

- 15.11** dotyczy wzoru umowy Par 11 ust. 1b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par 11 ust. 1b na następujący: b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie w gwarancji i rękojmi -w wysokości 0,2% od wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczenia terminu przez Zamawiającego na usunięcie wad, **z wyjątkiem sytuacji, w których wykonawca zapewni zastępczy przedmiot umowy** Jeżeli opóźnienie będzie trwała dłużej niż **40** dni to Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu pkt.c) niniejszego paragrafu.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

- 15.10** dotyczy wzoru umowy Par 11 ust. 1b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par 11 ust. 1b na następujący: b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie w gwarancji i rękojmi -w wysokości 0,2% od wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczenia terminu przez Zamawiającego na usunięcie wad, **z wyjątkiem sytuacji, w których wykonawca zapewni zastępczy przedmiot umowy** Jeżeli opóźnienie będzie trwała dłużej niż 20 dni to Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu pkt.c) niniejszego paragrafu.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

- 18.38** *Dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 6 - § 11* Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu o poniższej treści: „W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych.”?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

- 18.39** *Dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 6 - § 11 ust. 4* Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ewentualnych kar umownych, po przedstawieniu odpowiedniej noty obciążeniowej.”?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

- 20.15.** Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy**

- 20.16.** Zwracamy się z prośbą o dopisanie do §8 ust. 10 wzoru umowy zastrzeżenie o treści: „*W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.*”.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

- 20.17** Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §10 ust. 1 pkt. a) na: „*za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwała dłużej niż 14 dni to Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego pisemnie Wykonawcy, nie krótszego jednak niż 14 dni, i zastosowanie kary wynikającej z zapisu §10 pkt. 1 ppkt. c)*”.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

- 20.18** Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §10 ust. 1 pkt. b) na: „*za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% wartości wadliwego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczenia terminu przed Zamawiającego na usunięcie wad.*”.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**



## PAKIET 1

- 15.1** Pozycja 135 Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcji szafy: bezprzewodowa identyfikacja endoskopów poprzez posiadane przez endoskopy chipy identyfikacyjne?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- 15.2** Pozycja 136 Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcji szafy: bezprzewodowe odczytywanie personaliów użytkowników szafy oraz kontrola dostępu?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- 15.3** Pozycja 137 Czy Zamawiający dopuści szafę z ręczną blokadą drzwi ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- 15.4** Pozycja 190 Wnosimy o doprecyzowanie czy wymiana sprzętu na nowy w razie wystąpienia awarii nie dającej się naprawić dotyczy awarii objętych gwarancją w trakcie jej trwania.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający odsyła do zał. Nr 6 do SIWZ Projekt umowy par. 9 ust. 11

- 15.13** pkt. 191 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt. 191 na następujący 191. Dostępność części zamiennych - minimum 8 lat ?

- 18.32** Dotyczy zapisów umowy – załącznik nr 6 - § 9 ust. 8 oraz opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1, zestaw endoskopowy – gwarancja i serwis – tabela pkt 191

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie dostępności części zamiennych do 8 lat.

**ODPOWIEDŹ na 15.13 i 18.32- Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian. Zmiana dotyczy pakietu 1**

- 15.14** pkt. 97 – (Centrala Ultrasonograficzna z USG) oraz pkt. 148 ( Myjnia endoskopowa ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie roku produkcji min. 2017 – urządzenie fabrycznie nowe?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian. Zmiana dotyczy pakietu 1

- 18.1** Procesor obrazu pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści zapis: Wyjścia sygnału min: DVI-D, HD-SDI x2, S-video, Composite?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- 18.2** Procesor obrazu pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści zapis: Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty ustawień procesora wyświetlane w języku polskim?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- 18.3** Procesor obrazu pkt. 10 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu? Wymóg ten nie ma wpływu na identyfikację pacjenta

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 18.4** Procesor obrazu pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści zapis: Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF lub BMP?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 18.5** Procesor obrazu pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści zapis: Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatnienie krawędzi obrazu?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- 18.7** Źródło światła pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano zapasową lampę LED, włączona automatycznie w razie awarii lampy głównej?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 18.8** Wózek endoskopowy pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści zapis: Belka zasilająca z możliwością podłączenia min. 8 elementów?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian



- 18.9** *Monitor medyczny HDTV pkt. 41* Czy zamawiający dopuści aby zaoferowano wejścia 3G-SDI, pozostałe parametry zgodne SIWZ?  
**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.
- 18.10** *Wideokolonoskop HDTV pkt. 50* Czy Zamawiający dopuści zapis: Średnica sondy endoskopowej - max 13,2 mm  
**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian
- 18.11** *Wideokolonoskop HDTV pkt. 53* Czy Zamawiający dopuści stałą głębokość ostrości 4-100 mm?  
**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian
- 18.12** *Wideokolonoskop HDTV pkt. 55* Czy Zamawiający dopuści zapis Pole widzenia min. 140°?  
**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian
- 18.13** *Wideokolonoskop HDTV pkt. 58* Czy Zamawiający dopuści zapis: Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami w celu zabezpieczenia wtyków elektrycznych?  
**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.
- 18.14** *Wideokolonoskop HDTV pkt. 59* Czy Zamawiający dopuści zapis: Długość sondy roboczej min 1500mm?  
**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian
- 18.15** *Wideokolonoskop HDTV pkt. 60* Czy Zamawiający dopuści stałą gibkość tuby podzieloną na 3 odcinki o różnej gibkości wzornika w celu zapobiegania zapętlania się endoskopu?  
**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.
- 18.16** *Wideogastroskop HDTV pkt. 68* Czy Zamawiający dopuści zapis: Średnica całej sondy endoskopowej - max 9,8 mm?  
**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian
- 18.17** *Wideogastroskop HDTV pkt. 69* Czy Zamawiający dopuści zapis: Średnica końcówki sondy endoskopowej - max 10,2 mm?  
**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian
- 18.18** *Wideogastroskop HDTV pkt. 71* Czy Zamawiający dopuści zapis: Głębokość ostrości min 5-100 mm?  
**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian
- 18.19** *Tester szczelności pkt. 78-83* Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testera manometrycznego z certyfikatem medycznym?  
**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.
- 18.20** *Pompa Water Jet pkt. 93* Czy Zamawiający dopuści zapis: Autoklawowalny pojemnik na wodę min 1l ?  
**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.
- 18.21** *Centrala ultrasonograficzna USG pkt 94-110* Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy ultrasonografu o następujących parametrach: Proponowane rozwiązanie umożliwia precyzyjniejszą diagnostykę.

KLINICZNY APART USG	
1.	System cyfrowy, z cyfrowym układem formowania wiązki w układzie ośmiokrotnym
2.	Zakres częstotliwości pracy określony jako zakres częstotliwości współpracujących z aparatem głowic 1 ÷ 20 MHz
3.	Ilość kanałów odbiorczych 8192
4.	Ilość aktywnych gniazd głowic 3
5.	Ilość postojowych gniazd głowic 1
6.	Dynamika wzmocnienia 190 dB



7.	Zakres głębokości penetracji 2 ÷ 36 cm
8.	Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „Frame Rate” wyświetlana na ekranie 600 obr/s
9.	Regulacja TGC 8 zakresów regulacji
<b>TRYBY OBRAZOWANIA</b>	
10.	B-mode i B/B
11.	M-mode i B/M
12.	M-mode/Kolor
13.	Obrazowanie Harmoniczne z inwersją impulsu
14.	Szerokopasmowe obrazowanie Harmoniczne wykorzystujące całe pasmo częstotliwości głowicy
15.	Doppler Pulsacyjny PW
16.	Kolorowy Doppler CD
17.	Power Doppler i Kierunkowy Power Doppler
18.	Doppler szerokopasmowy – wysokoczuła technika obrazowania małych przepływów o znacznie większej czułości od Power Dopplera
19.	Doppler Tkankowy kolorowy i spektralny
20.	Obrazowanie „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma różnymi kątami (wielowiązkowe oraz wieloczęstotliwościowe)
21.	Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych
22.	Jednoczesna prezentacja obrazów czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie jeden w trybie B drugi B/CD lub B/Angio
23.	Duplex : 2D + PW, TDI+B/M/PW
24.	Triplex: 2D + CD + PW
<b>MONITOR</b>	
25.	Monitor LCD bez przeplotu z filtrem antyrefleksyjnym
26.	Przekątna ekranu 17 cali
27.	Rozdzielczość ekranu 1280 x 1024
28.	Możliwość regulacji - obrót i przechył
<b>POMIARY PODSTAWOWE</b>	
29.	Odległości 8 pomiarów
30.	Poła powierzchni i długości obrysu
31.	Kątów metodą Grafa
32.	Objętości ( 3 metody pomiaru)
<b>POMIARY DOPPLERA</b>	
33.	Prędkości przepływu (wartości: min., max., śred.)
34.	Indeksów: PI, RI
35.	Steno %
36.	Pomiary gradientów
37.	Czasu, HR
38.	Automatyczny obrys spektrum i pomiary w czasie rzeczywistym
<b>RAPORTY / OBLICZENIA</b>	
39.	Naczyniowy
40.	Urologiczny
<b>ARCHIWIZACJA</b>	
41.	Twardy Dysk 500 GB
42.	Video-Drukarka
43.	Napęd DVD – napęd wbudowany w aparat
44.	Port USB do zapisu danych w pamięciach typu Pendrive
45.	Zapisywanie w formatach: BMP, TIF, JPG, AVI
46.	Możliwość odtwarzania pętli obrazów z różnymi prędkościami
47.	Możliwość zaprogramowania przycisku do symultanicznego zapisywania na wewnętrznym dysku twardym oraz pamięci Pendrive



48.	Możliwość zaprogramowania przycisku do symultanicznego drukowania na wideoprinterze oraz zapisywania na wewnętrznym dysku twardym lub pamięci Pendrive
	<b>DANE ELEKTRYCZNE</b>
49.	Zasilanie sieciowe 230V /50Hz ±10%
50.	Pobór mocy max. 1500VA

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie -obok istniejących zapisów- w przypadku, gdy oferowany aparat usg będzie się mieścił na oferowanym wózku z pozostałymi elementami zestawu endoskopowego

**18.22** Centrala ultrasonograficzna USG pkt 94-110 Prosimy Zamawiającego o przyznanie dodatkowych punktów za zaoferowanie odrębnego, wysokiej klasy aparatu USG.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

**18.23** Videogastroskop ultrasonograficzny - EUS liniowy pkt. 118 Czy Zamawiający dopuści zapis: Głębina ostrości- min. 5-100mm?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

**18.24** Videogastroskop ultrasonograficzny - EUS liniowy pkt. 122 Czy Zamawiający dopuści zapis: Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego -min 2,8 mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

**18.25** Videogastroskop ultrasonograficzny - EUS liniowy pkt. 126 Czy Zamawiający dopuści zapis: Możliwość połączenia do zewnętrznych central ultrasonograficznych lub central modułowych mieszczących się na wózku endoskopowym?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

**18.26** Szafa na narzędzia do przechowywania, suszenia endoskopów, pkt. 135 Czy Zamawiający dopuści zapis: Możliwość bezprzewodowej identyfikacji endoskopów poprzez posiadane przez endoskopy chipy identyfikacyjne lub kody kreskowe?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

**18.27** Szafa na narzędzia do przechowywania, suszenia endoskopów, pkt. 142 Czy Zamawiający dopuści zapis: Współpraca z powietrzem o parametrach: min 0,4 do max 8 bar,

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

**18.28** Szafa na narzędzia do przechowywania, suszenia endoskopów, pkt. 144 Czy Zamawiający dopuści zapis: Maksymalny pobór mocy 400W?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

**18.29** Myjnia endoskopowa - dezynfekcja termiczno-chemiczna, pkt 158 Czy Zamawiający dopuści uzdatnianie mikrobiologiczne wody za pomocą innych metod, np. dezynfekcja termiczna wody, co jest zgodne z normą PN EN 15883.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

## PAKIET 2

**14.1** Pkt. 92 Zamawiający wymaga dostawy aparatu, którego konstrukcja i opakowanie oferowanej wersji aparatu wprowadzenie są do produkcji i eksploatacji w 2018r. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, którego konstrukcja i opakowanie oferowanej wersji aparatu wprowadzenie są do produkcji i eksploatacji w 2016r. Oferowany aparat jest fabrycznie nowy 2018r.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

## PAKIET 3

**12.1** Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z szybkością dozowania bolusa w zakresie 0,1 - 1800 ml/h? Jest to parametr zdecydowanie wystarczający do poprawnej infuzji leku pacjentowi.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.



- 12.2 Pkt. 15** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, µg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki najczęściej stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

- 12.3 Pkt. 16** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z trybem dozowania infuzji sekwencyjnej z możliwością wprowadzania przerw w podaży za infuzję bolusową z przerwami? W funkcji sekwencyjnej możemy wprowadzić bolusa manualnego jak i automatycznego w dowolnej chwili wlewu.

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

- 12.4 Pkt. 16** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z infuzją profilową składającą się z 5 faz infuzji? Taka ilość profili w infuzji jest zdecydowanie wystarczająca do poprawnej infuzji.

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

- 12.5 Pkt. 20** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z biblioteką leków z możliwością wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach infuzji: pełnej nazwy leku, skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, minimalnego, stosowanego i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, maksymalnej i stosowanej dawce bez notki doradczej i podziału na oddziały? Są to podstawowe i najbardziej używane parametry dotyczące programowania leków do podaży.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 12.6 Pkt. 22** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z regulowanymi progami ciśnienia okluzji w zakresie od 75 do 900 mmHg? Jest to zakres przekraczający ciśnienia występujące w praktyce, gwarantujący pełne bezpieczeństwo infuzji.

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

- 12.7 Pkt. 26** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z alarmem opróżnienia strzykawki na 3ml przed opróżnieniem zamiast alarmu czasowego?

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

- 12.8 Pyt.28** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowej z czasem ładowania baterii do pełna w czasie 5h? Jest to standardowy czas ładowania baterii do pełna dla urządzeń medycznych. Ponadto jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego i nie będzie miało wpływu na jakość pracy.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 12.9 Pkt. 29** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z czytelnym 4,3" kolorowym wyświetlaczem z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: Nazwy podawanego leku, prędkości infuzji, podanej dawce, stanie naładowanego akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie w formie graficznej bez wyświetlania koncentracji leku, która jest ustawiana podczas programowania trybu oraz bez nazwy oddziału, który jest nadawany w pompie w menu?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

#### **PAKIET 4**

- 1.1** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z prześwitem pomiędzy podłogą a podstawą wynoszącym 80mm, co gwarantuje idealny dostęp personelu do stołu i znacznie ogranicza ryzyko potknięcia podczas szybkiego wysunięcia stóp?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 1.2** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z szynami bocznymi wykonanymi ze stali nierdzewnej?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 1.3** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z obudową kolumny stołu wykonaną ze stali nierdzewnej?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.



- 1.4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o długości całkowitej wynoszącej 2360mm?  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**
- 1.5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o minimalnej wysokości bez materaca na poziomie 650mm?  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**
- 1.6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o szerokości bez szyn bocznych wynoszącej 550mm?  
**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.**
- 1.7 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o szerokości z szynami bocznymi wynoszącej 615mm?  
**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.**
- 1.8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją kątową podglówka w zakresie:  $-58^{\circ}/+37^{\circ}$  z możliwością jego dodatkowego wypiętrzenia w stosunku do segmentu pleców na wysokość 135mm?  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**
- 1.9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją kątową płyty pleców w zakresie:  $-35^{\circ}/+70^{\circ}$ ?  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**
- 1.10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w dwa panele sterowania: panel sterowania zlokalizowany w podstawie stołu oraz pilot zdalnego sterowania  
**ODPOWIEDŹ: Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ**
- 1.11 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z zabezpieczeniem przed przypadkową zmianą ustawień stołu poprzez konieczność uprzedniego włączenia panelu sterującego dedykowanym przyciskiem celem regulacji wybranej później funkcji? W oferowanym stole panel zabezpieczony jest dodatkowo osłoną (obudową) przez co nie ma możliwości jego przypadkowej aktywacji.  
**ODPOWIEDŹ: Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ**
- 1.12 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z możliwością uzyskania pozycji flex i reflex za pomocą kombinacji przycisków na pilocie lub po zaprogramowaniu danej pozycji pod przyciskiem „memory” umożliwiającym zapamiętanie dowolnego położenia blatu?  
**ODPOWIEDŹ: Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ**
- 13.1. Czy Zamawiający dopuści, aby stół zabiegowy posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali. Obecnie czołowi producenci stołów operacyjnych bardzo często wykonują elementy konstrukcyjne z odlewów aluminiowych z uwagi na zalety takiego rozwiązania tzn.: przy zachowaniu tych samych właściwości antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia.  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**
- 13.2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy posiadający osłonę podstawy w kształcie prostokąta, której kształt umożliwia częściowe wsunięcie stół operatora przy dłuższych bokach?  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**
- 13.3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół bez dodatkowego pojemnika (wiadra)?  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**
- 13.4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z szynami bocznymi ze stali nierdzewnej?  
**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.**
- 13.5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół posiadający długość 2000 mm?  
**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.**
- 13.6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją kątową podglówka góra/ dół w zakresie  $60^{\circ}/90^{\circ}$ ?  
**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.**



- 13.7.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z blokadą podglówka zwalniana za pomocą dźwigni zlokalizowanej pod podglówkiem na całej szerokości z możliwością zmiany podglówka tylko z jednej strony?  
**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.
- 13.8.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją kątową płyty plecowej w górę/ dół 80°/30°?  
**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
- 13.9.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją kątową podnóżków w górę/ dół 30°/90°?  
**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
- 13.10.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół posiadający materace łączone za pomocą szwów wewnętrznych oraz z dodatkowym uszczelnieniem krawędzi materaca?  
**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
- 13.11.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół posiadający panel sterowania na kolumnie oraz pilot lecz bez możliwości podłączenia dodatkowego możliwego kontrolera?  
**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.
- 13.12.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją pozycji frex/reflex z zakresie 210/100°? Parametr ten w nieznacznym stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.  
**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
- 13.13.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający pilot przewodowy?  
**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ
- 17.1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z podstawą w kształcie litery T, spełniającej wymogi punktu 6, wyposażonej w wysokiej jakości układ jezdny składający się z 3 kół: jedno koło pojedyncze obrotowe, pozostałe dwa podwójne, nieskrętne pełniące rolę wspomagającą do jazdy na wprost? Podstawa przykrywająca w całości koła transportowe. Konstrukcja stołu w kształcie litery T jest bardzo ergonomiczna, pozwala na bardzo dobry dostęp operatora do pacjenta. Podstawa wyposażona w centralną blokadę uruchamianą dźwignią nożną, gwarantującą pewne blokowanie stołu za pomocą wysuwanych stopek. Podstawa bez dodatkowego wiadra – dotyczy l.p. 8, 9, 10  
**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
- 17.2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego o długości 2100mm? – dotyczy l.p. 16  
**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.
- 17.3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją wysokości (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej) w zakresie 665/1115mm. Parametr w dolnym zakresie nieznacznie różni się od wymaganego, co nie ma wpływu na walory kliniczne stołu. W górnym zakresie natomiast znacznie przewyższa wymagany w SIWZ parametr, co jest korzystne dla Zamawiającego (większa ergonomia pracy Użytkownika)? – dotyczy l.p. 16  
**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
- 17.4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o szerokości blatu bez szyn bocznych – 500mm, z szynami bocznymi 560mm? – dotyczy l.p. 16  
**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
- 17.5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia podglówka w zakresie +45°/-45°? Blokada podglówka zwalniana poprzez dwie dźwignie umieszczone w ergonomicznym miejscu na krańcach blatu. Podwójne dźwignie stanowią zabezpieczenie przed przypadkowym wciśnięciem – dotyczy l.p. 24, 25  
**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.
- 17.6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego, w którym oparcie pleców regulowane jest w zakresie - 35,+75stopni? Oferowany parametr minimalnie różni się od wymaganego – dotyczy l.p. 26  
**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.



**17.7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego, który nie posiada sygnalizacji na pilocie oraz na panelu stanu blokady kół. Oferowany stół spełnia pozostałe wymogi określone w punkcie 34.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**17.8.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z funkcją Flex o wartości 215 stopni oraz z funkcją Re-Flex o wartości 105 stopni? Oferowane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych – dotyczy l.p. 35

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

**21.1.** Czy Zamawiający dopuści stół z podwójnymi kołami zamontowanymi w narożnikach podstawy, które nieznacznie wystają poza jej obrys?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

**21.2.** Czy Zamawiający dopuści stół, którego całkowita długość blatu wynosi 2160mm?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

**21.3.** Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podglówka w zakresie -50° do + 40°?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

**21.4.** Czy Zamawiający dopuści stół z blokadą podglówka zwalnianą za pomocą dwóch dźwigni, umieszczonych przy narożnikach podglówka? Rozwiązanie również umożliwia w łatwy sposób zmienić położenie podglówka z trzech stron stołu.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

**21.5.** Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją płyty plecowej w zakresie -40° do + 70°?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian

**21.6.** Czy Zamawiający dopuści stół z dwoma panelami sterowania: panel sterowania na kolumnie oraz przewodowego pilota?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian

**21.7.** Czy Zamawiający dopuści stół, w którym blokowanie kół odbywa się za pomocą nożnej dźwigni i jednocześnie czy Zamawiający zrezygnuje z sygnalizacji stanu blokady kół na pilocie i panelu na kolumnie?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian

**21.8.** Czy Zamawiający dopuści stół z pozycją flex 210°?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian

**21.9.** Czy Zamawiający przyzna 5 pkt za zaoferowanie stołu z zasilaniem elektromechanicznym, które jest korzystniejsze od elektrohydraulicznego z uwagi na bardziej bezawaryjną pracę oraz w brak ryzyka zachłapania, zabrudzenia sali operacyjnej olejem itp. w przypadku awarii

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**21.10.** Czy Zamawiający przyzna dodatkową punktację za zaoferowanie stołu z podstawą posiadającą nie tylko wycięcie pod stopy operatora ale z podstawą w kształcie litery H, która na dłuższych bokach (w centralnej części) nie posiada żadnego elementu aż do kolumny stołu co umożliwia maksymalne, podejście do blatu stołu bez konieczności wsuwania stóp pod podstawę?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**22.1** Czy Zamawiający dopuści stół z mechaniczno-hydrauliczną regulacją wysokości?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

## **PAKIET 5**

**6.1** Poz.8) Nożyczki Iris, identyczne z wymaganymi lub nożyczki Jabaley o dł. 130mm, pozostałe parametry bez zmian.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.



- 6.2. Poz.13) Nożyczki o dł. 105mm lub 120mm, pozostałe parametry bez zmian.  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**
- 6.3. Poz.14) Nożyczki o dł. 125mm, pozostałe parametry bez zmian.  
**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.**
- 6.4. Poz.15) Nożyczki o dł. 140mm lub 180mm, pozostałe parametry bez zmian.  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**
- 6.5. Poz.17,18) Pinceta o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian.  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**
- 6.6. Poz.29) Haczyk 5x4mm, pozostałe parametry bez zmian.  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**
- 6.7. Poz.36) Kleszczyki o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian.  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**
- 7.1. poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, uchwyt skalpela o dł. 120mm, pozostałe parametry bez zmian?  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**
- 7.2. poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki chirurgiczne o dł. 110 mm, pozostałe parametry bez zmian?  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**
- 7.3. poz. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki chirurgiczne o nazwie własnej STANDARD, pozostałe parametry bez zmian?  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**
- 7.4. poz. 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki do szwów o dł. 110mm, pozostałe parametry bez zmian?  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**
- 7.5. poz. 14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki do szwów dł. 125 mm, pozostałe parametry bez zmian?  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**
- 7.6. poz. 20: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki naczyniowe ADSON o dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian?  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**
- 7.7. poz. 22 i 23: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki o nazwie własnej PEAN, pozostałe parametry bez zmian?  
**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.**
- 7.8. poz. 30: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, rozwieracz o dł. 135 mm, pozostałe parametry bez zmian?  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**
- 7.9. poz. 31: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki jeliowe o nazwie własnej ALLIS, pozostałe parametry bez zmian?  
**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.**
- 7.10. poz. 36: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki naczyniowe o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian?



**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

- 7.11.** poz. 38: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki naczyniowe o dł. 130mm, pozostałe parametry bez zmian?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

- 7.12.** poz. 40: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kosz do sterylizacji o wymiarach 243x253x50 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PAKIET 6**

- 8.1.** Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary zewnętrzne: wysokość 100 cm, głębokość 61 cm, szerokość 91 cm? Oferowane wymiary różnią się nieznacznie od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.**

- 8.2.** Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w:

- dwie szuflady o wysokości 100 mm w tym jedna z wkładem / przegródkami dzielącymi szufladę na min. 8 części
- dwie szuflady na leki, każda szuflada wyposażona w 12 pojemników na leki dzielonych wewnątrz na cztery części, każdy pojemnik wysuwany z możliwością podania bezpośrednio pacjentowi?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

- 8.3.** Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek posiadający czoła szuflad z przezroczystymi okienkami/tabliczkami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady; pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

- 8.4.** Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w nadstawkę z 10 uchylnymi tworzywowymi pojemnikami?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.**

- 8.5.** Czy (w pkt. 12) jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuści wózek, którego szkielet wózka, blat górny i szuflady wykonane są z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością wysokoodpornego tworzywa polietylenu, szkielet w formie odlewu bez miejsc łączenia składania? Jednocześnie prosimy o przyznanie 15 pkt. za powyższe rozwiązanie.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PAKIET 8**

- 3.1** Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2210 mm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.**

- 3.2** Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach leża 1990 x 650 mm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

- 3.3** Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 600-930 mm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

- 8.6.** Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary leża 1960 x 655 mm? Oferowany wymiar różni się nieznacznie od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

- 8.7.** Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w piąte koło ułatwiające manewrowanie, sterowanie wózkiem i precyzyjną jazdę, wyposażone w sprężynę (amortyzator) dociskającą koło do podłoża? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.**

- 8.8.** Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w składane barierki boczne na długości ok. 3/4 leża, posiadające zabezpieczenie przed przypadkowym opuszczeniem barierki, opuszczanie barierki bocznych do poziomu materaca, barierki



boczne nie powodują zwiększenia szerokości wózka, wieszak kroplówki składany, wyposażony w dwa haczyki, z możliwością zamocowania w czterech narożnikach wózka?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- 8.9. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści wózek wyposażony od strony głowy w składane pod leże wózka uchwyty z mechanizmem samoblokującym do transportu, uchwyty wyposażone w tworzywowe nakładki?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- 8.10. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści wózek posiadający listwy obojowe po bokach wózka oraz krążki odbojowe w narożnikach wózka?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 13.14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający wymiar leża 1920 x 600 mm? Parametr ten w nieznacznym stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 13.15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z regulacją wysokości w zakresie 565 mm – 895 mm?

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

- 13.16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z centralnym systemem blokowania kół, hamulec umieszczony w dolnej części środkowej podstawy, dźwignie zlokalizowane od strony stóp oraz głowy pacjenta?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- 13.17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z możliwością wykonywania zdjęć RTG w pozycji leżącej bez możliwości wykonywania zdjęć w pozycji siedzącej?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- 13.18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z możliwością współpracy z ramieniem C lecz bez możliwości monitorowania pacjenta na całej długości oraz pozycji siedzącej?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- 13.19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy ze składanymi barierkami z zabezpieczeniem w postaci jednostopniowego opuszczania barierek?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- 13.20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy wyposażony w dwa składane uchwyty (szczyty) do prowadzenia wózka umieszczone od strony głowy, oraz jeden stały uchwyt na całej szerokości leża umieszczony od strony nóg mocowany na stałe?

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

- 13.21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy wyposażony w składane uchwyty (szczyty) na ramę leża?

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

- 13.22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z uchwytami do prowadzenia wózka nie posiadające tworzywowych nakładek na szczycie?

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

- 13.23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy wyposażony w krążki odbojowe jednak bez listew odbojowych?

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

- 21.11. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z leżem o szerokości 650mm?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

## **PAKIET 9**

- 1.13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy kopuły wynoszącej 32cm?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.



1.14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku oddawania barwy czerwonej na poziomie  $R9 \geq 92$ ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

1.15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku oddawania barw na poziomie  $CRI \geq 94$ ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

1.16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy wynoszącej 195mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

1.17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwi regulację temperatury barwowej w zakresie od 3500 do 5000°K w 6 krokach? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż umożliwia dostosowanie odpowiedniej barwy światła w zależności od preferencji chirurga i przeprowadzanego zabiegu.

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

1.18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 13 źródeł światła LED umożliwiających uzyskanie natężenia na poziomie 100 klux? Oferowane rozwiązanie umożliwi uzyskanie znacznie wyższego natężenia niż wymagane przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

1.19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o zużyciu energii na poziomie max 32W?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

5.1 poz. 36 Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę lamp firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

5.2. poz. 11 Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 15 (5 modułów) ? Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetlnej.

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

5.3. poz. 20 Czy Zamawiający dopuści lampę ze stałą wielkością plamy świetlnej 15 cm (+/-8%) z 1m - w tym zakresie pełna iluminacja światła.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

5.4. poz. 15 Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną bezdotykową regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez czujnik umieszczony na czaszy, który służy również jako włącz/wyłącz. Takie rozwiązanie znacznie ułatwi komfort pracy i przeciwdziała zakażeniom krzyżowym.

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

5.5. poz. 19 Czy Zamawiający dopuści zużycia energii przez jednorodny (zamontowany na jednorodnej płytce) zespół diod lampy na poziomie max 20 W ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

5.6. poz. 21 Czy Zamawiający dopuści lampę z modułem podtrzymania napięcia umożliwiającą nieprzerwaną pracę lampy w przypadku przerwy w dostępie energii elektrycznej przez ok. 2 godziny.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

5.7. poz. 9 Czy Zamawiający dopuści lampę z średnicą kopuły 33 cm? Parametr nieznacznie odbiegający od wymaganego.



**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 5.8. poz. 20 Czy Zamawiający dopuści lampę ze stałą wielkością plamy świetlnej 35 cm z 1m - w tym zakresie pełna iluminacja światła.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- 5.9. poz. 10 Czy Zamawiający dopuści lampę z padającym światłem w postaci diod LED bez odbłyśników. Największym problemem w większości przypadków lamp z zastosowanym systemem odbłyśników jest osłabienie skuteczności światła poprzez wypalenie odbłyśników. W praktyce oznacza to zmatowienie powierzchni odpowiedzialnej za odbijanie światła, najprościej mówiąc lampa gorzej świeci. Na przyspieszenie zużycia refleksyjnej części odbłyśników może mieć wpływ m.in. wilgoć, zanieczyszczenia lub zwiększona temperatura wewnątrz czaszy.

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

- 17.9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy kopuły 360 mm? – dotyczy l.p. 9

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 17.10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, w której padające światło przetworzone jest przez soczewki? – dotyczy l.p. 10

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- 17.11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku oddawania barw CRI o wartości 90? – dotyczy l.p. 18

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- 17.12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy plamy świetlnej pola o wartości 240mm? – dotyczy l.p. 20

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 19.1 Czy Zamawiający dopuści lampę o konstrukcji opartej na technologii LED, z wymaganym przez Zamawiającego natężeniem światła, z padającym światłem nie przetworzonym przez odbłyśniki? Zastosowanie odbłyśników w tak małej lampie jaką jest lampa zabiegowa jest nieuzasadnione. Odbłyśniki stanowią dodatkową przeszkodę dla padającego światła, i są dodatkową powierzchnią w czaszy lampy która może ulec ogrzaniu poprzez padające na nie światło.

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

- 19.2. Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w min. 15 diod LED? Proponowane rozwiązanie umożliwi zmniejszenie mocy pobieranej przez lampę. Jednocześnie informujemy, że proponowana przez nas lampa przy mniejszej ilości diod posiada większe natężenie światła i średnicę plamy świetlnej niż wymagana przez Zamawiającego, jest zatem rozwiązaniem lepszym.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 19.3. Czy Zamawiający dopuści lampę z wymiennym modułem obejmującym całą matrycę LED? Zamawiający w okresie gwarancji nie ponosi kosztów wymiany diod LED w lampie, nie powinno to być więc kryterium oceny ofert. Obecnie stosowane diody LED są bardzo niewielkich rozmiarów, posiadają one również wysoką bezawaryjność. W przypadku awarii lub wady diod, wymianie powinna podlegać cała matryca czaszy lampy. Zamawiający wymagając żywotności na poziomie 50000h zapewnia sobie źródła światła o żywotności około 5,5 roku (po przeliczeniu) – zakładając że będą świecić bez przerwy. Dla działania po 12h na dobę żywotność źródeł jest na poziomie około 11 lat czyli więcej niż wymagany przez Zamawiającego okres zapewnienia części zamiennych.

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

- 19.4. Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku oddawania barw R9 o wartości 92? Proponowany parametr jest wystarczający i lampy posiadające współczynnik R9 na proponowanym poziomie spełniają wszystkie wymagania norm i dyrektyw, są powszechnie stosowane w placówkach służby zdrowia. Dopuszczenie tego parametru wpłynie na poszerzenie konkurencji i pozwoli zaproponować tańsze lampy o obiektywnie nie gorszych parametrach techniczno-użytkowych

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

## **PAKIET 11**

- 21.13 Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 240kg



**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.**

**23.1** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o parametrach technicznych różniących się od wymaganych:

- długość 1920mm,
  - szerokość 620mm,
  - segment pleców o długości 775mm,
  - segment nóg o długości 450mm regulowany w zakresie 0 do -85°,
  - elektryczna regulacja wysokości w zakresie 540-900mm,
  - wyposażony w przewodowy sterownik nożny regulacji wysokości stołu,
  - bez tworzywowej osłony podstawy, podstawa stołu w sposób estetyczny i trwały wykonana ze stali malowanej proszkowo,
  - o bezpiecznym obciążeniu roboczym na poziomie 225kg,
- przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych.

**ODPOWIEDŹ: Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ  
PAKIET 12**

**10.1.** pkt. 7 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z podciśnieniem max. 93 kPa?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**10.2.** pkt. 9 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z możliwością precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego? Oferowany regulator spełnia oczekiwania co do płynnej i precyzyjnej regulacji podciśnienia.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**10.3.** pkt. 11 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny wyposażony w bezolejową membranową pompę próżniową, niewymagającą konserwacji z długą 5-letnią gwarancją?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.**

**10.4.** pkt. 14 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z podświetlaniem, niezawodnym włącznikiem wciskanym? Podświetlenie informuje o włączonym zasilaniu.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**10.5.** pkt. 18 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny wyposażony w zbiornik 2 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych? Ssak nie posiada blokady zabezpieczającej wysuwanie się zbiornika z uchwytu podczas wymiany wkładu. Konstrukcja wkładu i wieka zapewnia hermetyczne zamknięcie, a tym samym wymogi higieny podczas dokonywania wymiany. Pokrywa wkładu jednorazowego zawiera w sobie filtr hydrofobowy z zaworem odcinającym, zabezpieczającym urządzenie przed skażeniem wywołanym przepełnieniem zbiornika. Po zapełnieniu zbiornika zawierającego wkład jednorazowego użytku należy zamknąć zawór doprowadzający i odprowadzający umieszczone w pokrywie wkładu.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.**

**10.6** pkt. 19 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wkłady o pojemności 2 litrów kompatybilne do w/w zbiorników?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.**

**10.7** pkt. 20 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, na czterech podwójnych kołach w tym dwa wyposażone w blokady? Wózek posiada szynę na zbiorniki i inne akcesoria

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**10.8.** pkt. 21 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z włącznikiem/wyłącznikiem nożnym niezintegrowanym z wózkiem, pozwalającym na swobodne i dowolne według potrzeb ustawianie na podłożu?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**10.9** pkt. 24 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wadze 21kg (razem z wózkiem)?



**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

**PAKIET 13**

- 9.1. pkt. 10 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością zmiany jasności przez użytkownika bez regulacji kontrastu?

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

- 9.2. pkt. 18 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z trendami tabelarycznymi i graficznymi dla wszystkich mierzonych parametrów jednocześnie z okresu 160 godzin ale z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapisem 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie- ale tylko w zakresie trendów tabelarycznych i graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów jednocześnie z okresu 160 godzin . Pozostałe zapisy bez zmian

- 9.3. pkt. 19 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z jednoczesnym, ciągłym zapisem w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (tj. 7 odprowadzeń EKG, fali SpO2, fali oddechu metodą impedancyjną) z okresu 16 h?

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

- 9.4. pkt. 31 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z alarmem bezdechu regulowanym w zakresie 10-60 sekund?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 9.5. pkt. 36 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez funkcji zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 do wyboru przez użytkownika? Taka funkcja jest zbędna gdyż czujnik pracuje cały czas na najwyższej czułości.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 9.6. pkt. 46 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z dwoma kanałami temperatury oznaczonymi czytelnie T1 i T2?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 9.7. pkt. 49 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor na stojaku ze stali nierdzewnej z koszem na akcesoria na pięciokołowej podstawie jezdnej z możliwością blokady 2 kół? Oferowany stojak ma obniżony środek ciężkości w porównaniu do większości stojaków dostępnych na rynku, dzięki temu jest bardzo stabilny i praktycznie niemożliwy do przewrócenia w codziennej eksploatacji szpitalnej. 2 blokady skutecznie blokują podwójne koła wykończone gumą antypoślizgową nawet na pochylonej nawierzchni

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 20.1. Dotyczy zadania nr 13: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze poniżej 7kg wraz z bateriami? Proponowana waga nieznacznie odbiega od wymaganej. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż waga nie ma takiego znaczenia w kontekście małych transportowych rozmiarów monitora oraz wymogu punktu 49 niniejszej specyfikacji, w którym Zamawiający wymaga aby monitor był mocowany do statywu.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- 20.2. Dotyczy zadania nr 13: Czy Zamawiający dopuści urządzenie pozwalające na prezentację 1 z 3 odprowadzeń rzeczywistych EKG przy rejestracji z 3 elektrod? Prezentacja 6 odprowadzeń z 3 elektrod wskazuje, że są to odprowadzenia rekonstruowane przez algorytm i parametr nie ma żadnej wartości diagnostycznej. Z technologicznego punktu widzenia nie jest możliwe wyświetlenie 6 odprowadzeń rzeczywistych z kabla 3 elektrodowego w tym samym czasie. Proponowane rozwiązanie zapewni monitorowanie 7 krzywych z 5 odprowadzeń.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.



**20.3. Dotyczy zadania nr 13:** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmem bezdechu konfigurowalnym w zakresie od 10 do 40 sekund, bez licznika bezdechów?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ w zakresie alarmu bezdechu konfigurowalnego w zakresie od 10 do 40 sekund . Pozostałe zapisy bez zmian.

**20.4. Dotyczy zadania nr 13:** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w dedykowany moduł SpO2 w technologii natywnej producenta odporny podobnie jak Nellcor na niską perfuzję i artefakty ruchowe?

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

**20.5. Dotyczy zadania nr 13:** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w moduł pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z pomiarem rytmu serca w zakresie od 40 do 240 [ud./min], który to zakres różni się nieznacznie od wymaganego?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

**20.6. Dotyczy zadania nr 13:** Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą wyposażoną w możliwość podglądu trendów tabelarycznych i graficznych z pamięci trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich parametrów z ponad 150h przy rozdzielczości 1min?

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

**20.7. Dotyczy zadania nr 13:** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w moduł pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z pomiarem rytmu serca, z tego modułu, w zakresie od 40 do 240 [ud./min]?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

**20.8. Dotyczy zadania nr 13:** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w zmianę jasności w szerokim zakresie ponieważ regulacja kontrastu w przypadku wyświetlania danych na czarnym tle nie ma znaczenia użytkowego?

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

**20.9. Dotyczy zadania nr 13:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w niezależny, wbudowany moduł SPO2 wyposażony w automatyczną, bez wywoływania alarmów, funkcjonalność pomiaru SpO2 na tej samej kończynie na której w danym momencie mierzone jest ciśnienie nieinwazyjne NIBP, ale bez możliwości ustawienia opóźnienia alarmu SpO2?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

**20.10. Dotyczy zadania nr 13:** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w możliwość konfiguracji 5 ekranów użytkownika, w tym ekran dużych cyfr, dla 3 trybów pracy kardiomonitora?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**20.11. Dotyczy zadania nr 13:** Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w automatyczne wykrywanie pomiaru temperatury w zależności od użytego czujnika, bez możliwości zmiany nazwy etykiety pomiaru?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

## **PAKIET 15**

**2.1. lp. 7:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator z zasilaniem w O2 w zakresie 2,7 do 6,0 bar?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

**11.1. pkt. 10** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez szyn bocznych ale z dużym koszykiem do umieszczania ewentualnych innych akcesoriów?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**11.2. pkt. 12** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator wyposażony w podstawę jezdnią wraz z uchwytem do jego przemieszczania; koszyk przy podstawie jezdnej do zamontowania dodatkowych akcesoriów na wyposażeniu podstawy jezdnej?



**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 11.3.** pkt. 15 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z możliwością automatycznego dostosowania wstępnych ustawień parametrów wentylacji za pomocą określenia pki oraz wzrostu i wagi pacjenta ?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 11.4** pkt. 27 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z ATC - automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej - możliwość stosowania rurek z wewnętrzną średnicą rurki od 2,5 -10 mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- 11.5** pkt. 51 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z obsługą respiratora za pomocą ekranu dotykowego z zatwierdzaniem każdej zmiany dokonanej przez użytkownika?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- 11.6** pkt. 70 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z okresem trwałości turbiny min. 5 lat bez względu na ilość przepracowanych godzin?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

### **PAKIET 16**

- 3.4.** Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże wypełnione jest panelami tworzywowymi po jednym panelu w każdym segmencie, panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie, nadające się do dezynfekcji, zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem przez system zatrzaskowy?

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

- 3.5.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją zaawansowanej autoregresji, teleskopowego odsuwania się segmentu pleców nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu)?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 3.6.** Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe bariery boczne, stanowiące estetyczną całość ze szczytami, poruszające się z segmentami leża, wyposażone w kątomierze, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża bez konieczności stosowania dodatkowych protektorów?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 3.7.** Czy Zamawiający dopuści łóżko i materac medyczny różnych producentów? Zarówno materac, jak i łóżko mają spełniać wymagania Zamawiającego i być zgodne z normami dla branży medycznej.

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

- 3.8.** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 88 cm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- 3.9.** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 43 cm?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 3.10.** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym regulowanym w zakresie 81-107 cm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- 3.11.** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 41 x 58 cm?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

- 3.12.** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką wewnątrz szafki niezamykaną z dostępem od frontu w celu zabezpieczenia przedmiotów przed wypadaniem z tyłu szafki?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.



**3.13.** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w koła o średnicy 50 mm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**21.14** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z górną szufladą o wysokości 82mm?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

**22.2** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z hydrauliczną regulacją wysokości?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

### **PAKIET 19**

**19.5** Czy Zamawiający dopuści dozownik do tlenu z nawilżaczem z zakresem wskazań rotametu min. 0-15l.min?

Proponowana wartość zakresu regulacji przepływu zgodnie z praktyką lekarską i normami jest wystarczająca dla tlenoterapii u osób dorosłych jak również u dzieci. Ponadto Zamawiający określił zakres przepływu w sposób, który ogranicza uczciwą konkurencję, ponieważ tylko jeden producent dozowników tlenowych posiada skalę o zakresie 0-17l/min

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

**19.6.** Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania zaworu bezpieczeństwa w dozowniku do tlenu? Wymaganie aby dozownik do tlenu z nawilżaczem, przeznaczony do podłączania do ściennego punktu poboru AGA wyposażony był w zawór bezpieczeństwa jest nieuzasadnione i zbędne. Gniazdo ścienne AGA jest punktem poboru będącym końcowym elementem instalacji gazów medycznych. Parametry struktury, warunków, i ciśnień panujących w instalacji gazów medycznych opisuje i ściśle reguluje odpowiednia norma. Dopuszczona do użytku instalacja gazów medycznych musi posiadać odpowiedni dopuszczający ją certyfikat. Zgodna i ocertyfikowana instalacja posiada stałe i określone ciśnienie gazu, do którego dopasowane są parametry takiego sprzętu jak dozowniki podłączane do punktów poboru. Dlatego też zastosowanie zaworów bezpieczeństwa w tym sprzęcie jest niewymagane i nieuzasadnione.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

### **PAKIET 20**

**23.2.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o parametrach technicznych różniących się od wymaganych:

- długość 1920mm,
- szerokość 620mm,
- segment pleców o długości 775mm,
- elektryczna regulacja wysokości w zakresie 540-900mm,
- wyposażony w przewodowy sterownik nożny regulacji wysokości stołu,
- bez tworzywowej osłony podstawy, podstawa stołu w sposób estetyczny i trwały wykonana ze stali malowanej proszkowo, przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych.

**ODPOWIEDŹ:** Tak jak Zamawiający opisał w SIWZ

### **PAKIET 22**

**3.14** Czy Zamawiający dopuści kozetkę z uchwytem prześcieradła jednorazowego zamontowanym na stałe z jednej strony kozetki?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

### **PAKIET 23**

**17.13.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka z zakresem regulacji 1200/2150mm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego – dotyczy l.p. 6

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

**17.14.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka o średnicy podstawy 560 mm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego – dotyczy l.p. 10

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ. Pozostałe zapisy bez zmian.

**17.15.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka wyposażonego w kolumnę (część niewysuwana) o średnicy 33,7mm oraz rurę (część wysuwana) o średnicy 18mm? – dotyczy l.p. 8



ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ.  
Pozostałe zapisy bez zmian.


17.16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka wykonanego (kolumna, głowica) ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), z podstawą ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL? – dotyczy l.p. 7, 9

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejącego zapisu SIWZ.  
Pozostałe zapisy bez zmian.

POWYŻSZE ODPOWIEDZI SĄ INTEGRALNA CZĘŚCIĄ SIWZ I DOTYCZA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, BIORĄCYCH UDZIAŁ W W/W POSTĘPOWANIU. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ OFERTE Z UWZGLĘDNIENIEM POWYŻSZEGO.

DYREKTOR

  
Adam Zdaniuk

  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
St. Insp. Ds. Zapan. i Administracji  
Wojciech Stwora