



# *Zespół Opieki Zdrowotnej*

*w Bolesławcu*

*„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

Bolesławiec dnia 2018-08-06

Do ogłoszonego w dniu 27.07.2018r. postępowania konkursowego w dniach 2 i 3 sierpnia 2018 r. do ZOZ w Bolesławcu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy zamawiający zmieni SIWKOP okres dzierżawy gruntu od 1 października 2018 r. do 31 marca 2020r. oraz w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na badania MR od 1 kwietnia 2019r. do 31 marca 2020r.?

**Odpowiedź ad 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWKOP w zakresie okresu dzierżawy gruntu jak i w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na badania MR.**

2. Czy Zamawiający posiada wystarczającą moc prądu na poziomie min. 80 kW, która dedykowana będzie wyłącznie na potrzeby rezonansu magnetycznego lub czy w przypadku braku aktualnie posiadanej mocy uzyskał informacje o możliwości zwiększenia mocy od dostawcy energii elektrycznej?

**Odpowiedź ad 2: Zamawiający posiada rezerwę mocy ok. 80 KW.**

3. Czy Zamawiający w SIWKOP pkt. V ppkt. 5a dopuści przedstawienia dwóch referencji uzyskanych przez oferenta od dwóch podmiotów leczniczych w zakresie badań USG, które zostały wykonane w okresie 1,5 roku oraz 4 lat licząc od daty składania oferty, w tym dla jednego podwykonawcy w ciągu 18 miesięcy zostało wykonanych 12800 badań szpitalnych oraz 860 badań komercyjnych.

**Odpowiedź ad 3:**

W pkt. V ppkt. 5a Zamawiający wyraźnie określa, że „wykonują usługi z zakresu badań TK, RTG, USG i MRI na rzecz podmiotów leczniczych przez okres trwający co najmniej 5 lat, licząc od daty składania ofert oraz w okresie świadczenia tych usług, nie została z nimi rozwiązana żadna umowa najmu, dzierżawy lub o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z powodu nienależytego wykonywania usług z zakresu diagnostyki obrazowej – przedstawia oświadczenie oferenta, potwierdzone co najmniej dwoma referencjami uzyskanymi przez Oferenta od podmiotu leczniczego, dla którego oferent wykonywał (w ciągu ostatnich 5 lat, licząc od daty składania ofert)/ lub wykonuje świadczenia w zakresie badań TK, RTG, USG i MRI (przy czym referencje nie muszą obejmować wykonywania na rzecz jednego podmiotu wszystkich wymienionych rodzajów badań)”

Szczególny zwrot „przy czym referencje nie muszą obejmować wykonywania na rzecz jednego podmiotu wszystkich wymienionych rodzajów badań” dopuszcza referencje z różnych podmiotów na poszczególne badania. Zatem dwie referencje od dwóch podmiotów dotyczące wykonywania badań USG zostaną przyjęte, o ile spełniają wskazane powyżej wymogi.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel.75-738 02 00  
fax.75-738 02 01  
e-mail:  
sekretariat@zozbol.eu  
<http://www.zozbol.eu>



4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kaucji do kwoty 25.000,00 zł?

**Odpowiedź ad 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kaucji do kwoty 25.000,00 zł .**

5. Czy Zamawiający dokona korekty wysokości naliczanych kar umownych w załącznik nr 1 w SIWKOP w §1 pkt. 6:

- z „20% kwoty czynszu brutto, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 - za każdy dzień opóźnienia uruchomienia Pracowni MRI" na „5% kwoty czynszu brutto,..."
- z „10% kwoty czynszu brutto, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 - za każdy dzień opóźnienia uruchomienia pozostałych pracowni na „2% kwoty czynszu brutto,..."?

**Odpowiedź ad 5 . Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWKOP wprowadza zmianę treści § 1 ust. 6 , który otrzymuje brzmienie :**

**" 6. Dzierżawca zobowiązuje się zakończyć wszelkie budowy , remonty , adaptacje i wyposażenie oraz rozpocząć prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 3 najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2018r. przy czym udzielanie świadczeń zdrowotnych w wybudowanych pomieszczeniach pracowni MRI rozpocznie się najpóźniej 15 grudnia 2018r.**

**Terminy będą uważane za zachowane, gdy w ostatnim dniu terminu, Dzierżawca przedstawi Wydzierżawiającemu wszystkie wymagane prawem uzgodnienia , pozwolenia, decyzje , sprawdzenia , testy , wpisy do właściwych rejestrów umożliwiające udzielanie świadczeń opieki zdrowotnych na rzecz pacjentów ZOZ-u w Bolesławcu w zakresie badań każdej pracowni. W przypadku nie dochowania powyższych terminów Wydzierżawiający naliczy kary umowne w wysokości :**

- 10% kwoty czynszu brutto , o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 - za każdy dzień opóźnienia uruchomienia Pracowni MRI,**
- o,5% kwoty czynszu brutto , o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 - za każdy dzień opóźnienia uruchomienia pozostałych pracowni ."**

6. Czy Zamawiający w załącznik nr 7 w SIWKOP §1 pkt. 5 wyrazi zgodę na zmianę treści ww. paragrafu na: „Przyjęcie pacjenta przez Przyjmującego zamówienie w celu wykonania badania nastąpi nie później niż w ciągu :

- a/ do 1 godziny od momentu zgłoszenia w trybie CITO - badania TK i RTG
- b/ do 24 godzin od momentu zgłoszenia w trybie planowym - badania TK, RTG, USG,
- c/ do 48 godzin od momentu zgłoszenia w trybie planowym - badania MR"

**Odpowiedź ad 6: ZOZ w Bolesławcu częściowo przychyła się do propozycji zmiany w załączniku nr 7 do SIWKOP treści § ust. 5, który otrzymuje brzmienie :**

**„5. Przyjęcie pacjenta przez Przyjmującego zamówienie w celu wykonania badania nastąpi nie później niż w ciągu :**

- a/ do 1,5 godziny od momentu zgłoszenia w trybie CITO!**
- b/ 1 dnia od momentu zgłoszenia w trybie planowym.**

7. Czy Zamawiający w załączniku nr 7 w SIWKOP §1 pkt. 7 wydłuży czas na wynik i opis badania w trybie CITO na badania TK i RTG wraz z opisem — do 2 godziny, a pozostałe badania planowe - MR, TK, RTG i USG - do 48 godzin?

Odpowiedź ad 7: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w załączniku nr 7 w SIWKOP §1 ust. 7.

8. Czy Zamawiający dokona korekty wysokości naliczanych kar umownych w załącznik nr 7 do SIWKOP w §11 ust.3 pkt.2 z: „w przypadku opóźnienia wykonywania czynności zgodnie z ustalonymi terminami w § 1 ust. 5 i ust. 7 - w wysokości, 100, 00 zł za każdą godzinę opóźnienia przypadku badań CITO i 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia, za każdy stwierdzony taki przypadek” na „w przypadku opóźnienia wykonywania czynności zgodnie z ustalonymi terminami w § 1 ust. 5 i ust. 7 - w wysokości, 10% wartości badania za każdą godzinę opóźnienia przypadku badań CITO i 10% wartości badania za każdy dzień opóźnienia, za każdy stwierdzony taki przypadek”?

Odpowiedź ad 8: Zamawiający zmienia w załączniku nr 7 do SIWKOP treść §11 ust.3 pkt.2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3) w przypadku opóźnienia wykonywania czynności zgodnie z ustalonymi terminami w § 1 ust. 5 i ust. 7 – w wysokości, 10% wartości badania za każdą godzinę opóźnienia przypadku badań CITO i 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia, za każdy stwierdzony taki przypadek”

9. Czy Zamawiający zmieni zapis w załącznik nr 7 do SIWKOP w §11 ust.3 pkt. 1 na: „w przypadku nie podjęcia wykonywania badań, w terminach ustalonych w §6 ust. 1 - w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia za każdy rodzaj badania, które nie zostało podjęte do wykonania w określonym terminie, nie dotyczy sytuacji, jeżeli opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od Oferenta?

Odpowiedź ad 9: Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWKOP zmienia treść §11 ust.3 pkt. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1) w przypadku nie podjęcia wykonywania badań, w terminach ustalonych w § 6 ust. 1 - w wysokości 1000,00 zł, za każdy dzień opóźnienia za każdy rodzaj badania, które nie zostało podjęte do wykonywania w określonym terminie. Nie dotyczy sytuacji jeżeli opóźnienie ewidentnie wynika z przyczyn niezależnych od Przyjmującego Zamówienie,”

10. Czy Zamawiający w załącznik nr 7 do SIWKOP w §11 ust. 1 pkt.2 wyrazi zgodę na zmianę treści ww. paragrafu na: „opóźnia się z rozpoczęciem świadczeń zdrowotnych, zgodnie z wymaganym terminem rozpoczęcia usług, z wyjątkiem opóźnień nie wynikających z winy Oferenta i po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do złożenia pisemnych wyjaśnień”?

Odpowiedź ad 10: Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWKOP zmienia treść §11 ust. 1 pkt.2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2) opóźnia się z rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych chyba, że opóźnienie to nie wynika z przyczyn niezależnych od Przyjmującego zamówienie o czym powinien niezwłocznie poinformować Udzielającego zamówienie na piśmie,”

11. Czy Zamawiający w załącznik nr 7 do SIWKOP w §11 ust.3 pkt. 4 wyrazi zgodę na zmianę treści ww. paragrafu na: „naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tym w zakresie gromadzenia i przechowywania danych /informacji lub prowadzenia dokumentacji - kara umowna wynosi 20% miesięcznego wynagrodzenia w którym stwierdzono to naruszenie, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia”?



**Odpowiedź ad 10:** Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWKOP zmienia treść §11 ust. 3 pkt.4 , który otrzymuje następujące brzmienie :

„4) naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tym w zakresie gromadzenia i przechowywania danych /informacji lub prowadzenia dokumentacji - kara umowna wynosi 30% miesięcznego wynagrodzenia w którym stwierdzono to naruszenie, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,”

12. Czy Zamawiający może udostępnić załącznik nr 1 - Wykaz pomieszczeń, gruntu i sprzętu stanowiącego przedmiot dzierżawy do załącznika nr 1 do SIWKOP (Umowa dzierżawy pomieszczeń oraz gruntu w celu zorganizowania pracowni: TK, RTG, USG i MRI).

**Odpowiedź ad 12:** Załącznik nr 1 znajduje się w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.zozbol.eu](http://www.zozbol.eu) w zakładce przetargi/konkursy

13. Czy Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWKOP pkt. 1 ppkt. 1 odstąpieni od wymogu wysyłania zleceń na zestawy badań nie zdefiniowane w katalogu badań lub o całkowite odstąpienie od wysyłania zleceń na zestawy badań? System informatyczny (Wykonawcy, pdo) przyjmuje zlecenia pojedynczo lub ustalone w integracji zestawy badań (nazwa zestawu musi być zdefiniowana wcześniej w katalogu badań i musi stanowić pozycję cennikową w systemie Wykonawcy). System (pdo) nie obsługuje zestawów badań, które nie znajdują się w katalogu badań i nie stanowią pozycji cennikowej.

**Odpowiedź ad 13:** Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu zlecenia badań w formie zestawów.

14. Czy Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWKOP pkt. 1 ppkt.3 wyrazi zgodę na ograniczenie dotyczące zlecenia z datą planowaną? System informatyczny Wykonawcy (pdo) przyjmuje zlecenia z bieżącą datą wykonania badania lub zlecenia z datą planowaną (zlecenia planowane maksymalnie z pięciodniowym wyprzedzeniem).

**Odpowiedź ad 14:** Zamawiający w projekcie umowy ( załącznik nr 7 do SIWKOP ) określa terminy przyjęcia do realizacji poszczególnych badań. Informujemy, że w systemie ESKULAP (system szpitalny) nie ma możliwości zlecenia badania szybciej, aniżeli dopiero po przyjęciu pacjenta do szpitala, poradni.

15. Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w załączniku nr 3 do SIWKOP pkt. 1 ppkt.5 dotyczącego odtwierdzenia wyników po stronie (pdo) oraz pojawienia się adnotacji w systemie szpitalnym o odtwierdzeniu wyniku? System informatyczny Wykonawcy (pdo) nie posiada funkcji odtwierdzenia wyniku badania.

**Odpowiedź ad 15:** Zamawiający dopuszcza opcjonalne rozwiązania, które nie ograniczają lub nie obniżają jakości udzielanych świadczeń. Opis tych rozwiązań, zgodnie z treścią kolumny 5 zał. 3 do SIWKOP, należy umieścić w ofercie.

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę formy dystrybucji danych obrazowych na oddziałach szpitalnych opisaną w załączniku nr 3 do SIWKOP pkt. 1 ppkt.6? Zlecający wymaga, aby wraz z przekazaniem wyniku z systemu (pdo) do systemu szpitalnego, przechodzi również pełny podgląd obrazów badań, w zamian proponujemy następujące rozwiązanie: Wykonawca (pdo) udostępni Zlecającemu pełny podgląd obrazów badań. Dostęp do danych obrazowych będzie realizowany poprzez przeglądarkę webową, która będzie udostępniona w obrębie infrastruktury informatycznej Zlecającego.

Na wyznaczonych przez Zlecającego stanowiskach komputerowych zostanie utworzony skrót do przeglądarki webowej, a dane dostępne zostaną przekazane uprawnionym osobom.

**Odpowiedź ad 16: Zamawiający dopuszcza opcjonalne rozwiązania, które nie ograniczają lub nie obniżają jakości udzielanych świadczeń. Opis tych rozwiązań, zgodnie z treścią kolumny 5 zał. 3 do SIWKOP, należy umieścić w ofercie.**

17. Aktualizacja bieżącej listy badań wymaga wprowadzenia zmian w systemie (pdo) i Zlecającego oraz potwierdzenia tych zmian przez administratorów obu systemów. Czy Zamawiający zaakceptuje taki sposób aktualizacji listy badań w załączniku nr 3 do SIWKOP pkt2?

**Odpowiedź ad 17: Zamawiający dopuszcza opcjonalne rozwiązania, które nie ograniczają lub nie obniżają jakości udzielanych świadczeń. Opis tych rozwiązań, zgodnie z treścią kolumny 5 zał. 3 do SIWKOP, należy umieścić w ofercie.**

18. Czy Zamawiający odstąpi w całości od zapisu w załączniku nr 3 do SIWKOP pkt.I ppkt.8? Dane typu katalog badań, katalog profili (zestawów), grup badań nie mogą być pobierane z systemu Wykonawcy (pdo). System (pdo) nie posiada takiej funkcjonalności i nie ma możliwości, aby każda zmiana danych w systemie (pdo) powodowała zmianę w systemie Zlecającego. Zmiany (aktualizacje danych) dotyczą tylko i wyłącznie wyników badań tj. przesłanie opisu lub przesłanie poprawionego opisu.

**Odpowiedź ad 18: Zamawiający dopuszcza opcjonalne rozwiązania, które nie ograniczają lub nie obniżają jakości udzielanych świadczeń. Opis tych rozwiązań, zgodnie z treścią kolumny 5 zał. 3 do SIWKOP, należy umieścić w ofercie.**

19. Czy Zamawiający w SIWKOP pkt.I ppkt.2 może określić dokładną datę, od której należy zgłosić koncepcje adaptacji pomieszczeń, budynku oraz zabudowy gruntu?

**Odpowiedź ad 19: Zamawiający wymaga by koncepcja adaptacji pomieszczeń , budynku oraz zabudowy gruntu została przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 14 października 2018 r.**

20. Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie tzw. „wymiaru zastępczego” zawartego w SIWKOP pkt. III ppk.7? Czy umowę z inną jednostką zewnętrzną na badania TK i RTG? Czy dostarczenie mobilnego aparatu TK na teren szpitala?

**Odpowiedź ad 20: ZOZ w Bolesławcu informuje, że wszelkie kwestie „wykonania zastępczego”(bo o takie chodzi Oferentowi?) regulują zapisy we wzorze umowy zał.7 do SIWKOP. Udzielający zamówienia akceptuje różne formy „wykonania zastępczego” również w formie dostarczenia czasowo mobilnego aparatu.**

21. Czy Zamawiający potwierdza, że firma Voxel S.A. biorąca udział w postępowaniu z dnia 27.04.2018r. odmawia podpisania umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie TK, RTG, MR, USG z Zamawiającym, pomimo wyboru jej oferty zgodnie z informacją o rozstrzygnięciu konkursu z dnia 7.06.2018r.?

**Odpowiedź ad 21: ZOZ w Bolesławcu potwierdza, że firma Voxel złożyła oświadczenie o odmowie podpisania umów wynikających z konkursu ofert, którego rozstrzygnięcie zostało ogłoszone w dniu 07/06/2018.**

22. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu §1 pkt7 w załączniku nr 1 do SIWKOP w na zapis: "Dzierżawca oświadcza, że zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Wydierżawiającego za wykonane przez niego naprawy, instalacje, remonty, adaptacje, modernizacje w przedmiocie dzierżawy, jeżeli umowa obowiązywała pełen okres, na który została zawarta. W przypadku rozwiązania umowy przez Wydierżawiającego przed upływem czasu, na który została zawarta umowa, Wydierżawiający zwróci ww. koszty pomniejszone o koszty amortyzacji"?

**Odpowiedź ad 22: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §1 pkt 7 załącznika nr 1 do SIWKOP.**

23. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w załączniku nr 1 do SIWKOP w §7 pkt4 na: „zmniejszenie dzierżawionych powierzchni o ile okaże się zbędna dla Dzierżawcy”?

**Odpowiedź ad 23: Zamawiający dokonuje zmiany treści §7 pkt4 załącznika nr 1 do SIWKOP, który otrzymuje następujące brzmienie :  
„4) zmniejszenie dzierżawionych powierzchni o ile okaże się zbędna dla Dzierżawcy”**

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §10 w załączniku nr 1 do SIWKOP na: „Wszelkie nakłady (adaptacje ) wykonane przez Dzierżawcę, po zakończeniu dzierżawy zostają pozostawione bez obowiązku zapłaty przez Wydierżawiającego ( zgodnie z oświadczeniem Dzierżawcy zawartym w § 1 ust. 7 umowy) kwoty odpowiadającej ich wartości”?

**Odpowiedź ad 25: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dokonuje §10 załącznika nr 1 do SIWKOP.**

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu w załączniku nr 7 do SIWKOP §1 pkt.11?

**Odpowiedź ad 25: Zamawiający odmawia usunięcia zapisu §1 pkt.11. Ośrodki referencyjne mają posłużyć w sytuacji konieczności zweryfikowania opisu badania, kiedy nasuwają się konkretne wątpliwości co do jego treści.**


26. Czy Zamawiający dokona korekty zapisu daty pierwszej waloryzacji czynszu z dnia 01.01.2019 r. na dzień 01.01.2020r. zawartego w załączniku nr 1 do SIWKOP §4 pkt.6?

**Odpowiedź ad 26: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści §4 ust. .6 załącznika nr 1 do SIWKOP , który otrzymuje następujące brzmienie :**

**" 6. Strony zgodnie oświadczają, iż Wydierżawiający może dokonywać zmiany wysokości czynszu raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedzający waloryzację czynszu, ogłoszony przez Prezesa GUS. Waloryzacja czynszu nastąpi ze skutkiem na dzień 1 stycznia danego roku, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi ze skutkiem na dzień 01.01.2020 r."**

27. Dot. Załącznika nr 2 Tomograf komputerowy . Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tomografu komputerowego wyższej klasy niż wymagany, który charakteryzuje się następującymi parametrami:
- ad. 6. większy i szerszy detektor 24 rzędowy co znacznie przyspieszy wykonywanie badań i umożliwi uzyskanie 32 warstw o grubości 0.625 mm z rekonstrukcją 0.625mm,
  - ad. 7. krótszą geometrią układu lampa-detektor 95cm przez co emituje znacznie niższe dawki promieniowania na które narażony jest pacjent,
  - ad. 10. większą wydajnością przez zastosowanie większej lampy o pojemności 6,98 MHU
  - ad. 9. pozwala na uzyskanie rozdzielczości przestrzennej 0,31 mm dzięki wykorzystaniu dwóch ognisk lampy o rozmiarach 0,8x0,5mm i 1,1x1,0mm
  - ad. 13. pozwoli 3-krotnie na przyspieszenie badania bez utraty jakości obrazu przy obrocie 0.8s dzięki zaawansowanej technologii IQ Enhancement która pozwala zwiększenie nastawów współczynnika spirali w zakresie 0.5625 do 1.75, ustawianego skokowo.
  - ad. 15. nowocześniejszym oprogramowaniem do rekonstrukcji MPR, VRT, SSD, MIP, automatycznego usuwania kości i wspomagania analizy naczyniowej
  - ad. 17. pochyleniem gantry +/- 30 stopni, co umożliwi wykonanie badania kręgosłupa pod dowolnym kątem, przez co odchodzi konieczność wykonywania późniejszych rekonstrukcji w celu uzyskania obrazu przestrzeni międzykręgowych
  - ad. 18. stołem pacjenta o udźwigu 205 kg co umożliwia wykonywanie badań pacjentom otyłym ?

**Odpowiedź ad 27: ZOZ w Bolesławcu informuje, że treść zał. 2 do SIWKOP dokładnie określa „WYKAZ PODSTAWOWEGO SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI BADAŃ TK, RTG, USG, MRI Z MINIMALNYMI PARAMETRAMI TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH JAKIE MUSZĄ CECHOWAĆ - SPEŁNIAĆ APARATY”. Bezsprzecznie istnieje możliwość zaoferowania w postępowaniu konkursowych aparatów lepszych niż posiadające minimalne parametry techniczne wskazane w tym załączniku. Uwzględnia to także kolumna „Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje urządzenia)”.**

  
.....  
**podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej**