

Bolesławiec dnia 2018-12-04

Do ogłoszonego w dniu. 23 listopada 2018r. postępowania konkursowego, w dniu 27 listopada 2018r. oraz w dniu 03 grudnia 2018r. do ZOZ w Bolesławcu oraz wpłynęły następujące zapytania:

Pytania 1- 5

1. Czy zamawiający dopuści aparat RTG wyprodukowany w roku 2009 spełniający pozostałe parametry określone w załączniku nr 2 do SIWKOP ?
2. Czy Zamawiający dopuści tomograf komputerowy wyprodukowany w roku 2006 z lampą zainstalowaną w 2017r., spełniający pozostałe parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWKOP?
3. Czy Zamawiający dopuści tomograf komputerowy wyprodukowany w roku 2006 z nową lampą zainstalowaną w 2017r?
4. Czy zamawiający dopuści aparat RTG wyprodukowany w roku 2009 spełniający pozostałe parametry określone w załączniku nr 2 do SIWKOP ?

Wykonawca zapewnia , iż dostarczony w wykonaniu umowy aparat RTG wyprodukowany w roku 2009 spełniać będzie parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWKOP oraz wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa w szczególności Ustawy o wyrobach medycznych oraz Ustawy Prawo atomowe , a także w instrukcjach producenta. Wykonawca zapewnia także , że dostarczony aparat jest sprawny , serwisowany oraz bezpieczny . Jednocześnie Wykonawca , dostarczając aparat wyprodukowany w roku 2009, zobowiązuje się do jego wymiany na inny , spełniający parametry wymagane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWKOP w przypadku , gdy spadnie jakość badań wykonywanych przy użyciu aparatu RTG wyprodukowanego w roku 2009 , albo w przypadku , gdy w wyniku zmian w obowiązujących przepisach prawa zajdzie konieczność zastąpienia go aparatem spełniającym wymagania określone w nowych przepisach.

5. Czy Zamawiający dopuści tomograf komputerowy wyprodukowany w roku 2006 z nową lampą zainstalowaną w 2017r?

Wykonawca zapewnia , iż dostarczony w wykonaniu umowy tomograf komputerowy wyprodukowany w roku 2006 spełniać będzie parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWKOP oraz wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa w szczególności Ustawy o wyrobach medycznych oraz Ustawy Prawo atomowe , a także w instrukcjach producenta. Wykonawca zapewnia także , że dostarczony aparat jest sprawny , serwisowany oraz bezpieczny. Jednocześnie Wykonawca , dostarczając aparat wyprodukowany w roku 2006, zobowiązuje się do jego wymiany na inny, spełniający parametry wymagane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWKOP w przypadku , gdy spadnie jakość badań wykonywanych przy użyciu tomografu komputerowego wyprodukowanego w roku 2006 , albo w przypadku , gdy w wyniku zmian w obowiązujących przepisach prawa zajdzie konieczność zastąpienia go aparatem spełniającym wymagania określone w nowych przepisach.

Odpowiedź ad 1- ad 5

- Zamawiający dopuszcza aparat RTG wyprodukowany w 2009r. lub później po 2009r. spełniający wszystkie pozostałe parametry określone dla tego urządzenia w

załącznikach do SIWKOP w tym w załączniku nr 2 oraz gdy Oferent w umowie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zobowiąże się do jego wymiany na inny spełniający parametry wymagane przez Zamawiającego w załącznikach do SIWKOP w przypadku, gdy spadnie jakość badań wykonywanych przy użyciu aparatu RTG wyprodukowanego w roku 2009 , albo w przypadku , gdy w wyniku zmian w obowiązujących przepisach prawa zajdzie konieczność zastąpienia go aparatem spełniającym wymagania określone w nowych przepisach .

- Zamawiający dopuszcza tomograf komputerowy wyprodukowany w 2006r. lub później po 2006r. z nową lampą zainstalowaną w 2017r spełniający wszystkie pozostałe parametry określone dla tego urządzenia w załącznikach do SIWKOP w tym w załączniku nr 2, oraz gdy Oferent w umowie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zobowiąże się do jego wymiany na inny spełniający parametry wymagane przez Zamawiającego w załącznikach do SIWKOP w przypadku , gdy spadnie jakość badań wykonywanych przy użyciu tomografu komputerowego wyprodukowanego w roku 2006 , albo w przypadku , gdy w wyniku zmian w obowiązujących przepisach prawa zajdzie konieczność zastąpienia go aparatem spełniającym wymagania określone w nowych przepisach .

W związku z powyższym, wprowadza się następujące zmiany do projektu umowy na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań: TK , RTG, USG i MRI , stanowiącego załącznik nr 7 do SIWKOP :

1. § 3 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie :

" Przyjmujący zamówienie oświadcza, że :

1) jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy w miejscu o którym mowa w § 1 ust. 12, co zostanie potwierdzone stosownym wpisem w rejestrze podmiotów leczniczych w dniu rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tych pomieszczeniach,

2) dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami, aparaturą, urządzeniami, wiedzą, doświadczeniem

i personelem w odpowiedniej liczbie oraz posiadającym niezbędne kwalifikacje do należytego i terminowego wykonywania świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy . Wykaz osób przy pomocy, których Przyjmujący zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych, dokumenty stanowiące potwierdzenie posiadania przez nich odpowiednich kwalifikacji i wykształcenia stanowią **załącznik nr** do niniejszej umowy . Wykaz tych osób może być aktualizowany, co nie stanowi zmiany niniejszej umowy ,

3) świadczenia zdrowotne będzie udzielał przy użyciu aparatury i sprzętu medycznego sprawnego , na bieżąco serwisowanego , bezpiecznego , gwarantującego pacjentowi bezpieczeństwo i spełniającego wymagania określone obowiązującymi instrukcjami producentów oraz przepisami prawa w tym w szczególności ustawy o wyrobach medycznych oraz ustawy prawo atomowe . Wykaz sprzętu i aparatury oraz dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków stanowią **załącznik nr**

4) Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zobowiązuje się do wymiany aparatury i sprzętu medycznego na inny w trakcie obowiązywania umowy - bez żądania dodatkowego wynagrodzenia - spełniający parametry wymagane przez Udzielającego zamówienia określone w SIWKOP, w przypadku gdy spadnie jakość badań wykonywanych przy ich użyciu albo w przypadku , gdy w wyniku zmian w obowiązujących przepisach prawa zajdzie konieczność zastąpienia inną aparaturą i sprzętem medycznym spełniających wymagania określone w nowych przepisach,

5) pomieszczenia , w których będą udzielane świadczenia zdrowotne spełniają wymagania określone w ogólnie obowiązujących przepisach oraz w przepisach wydanych przez Prezesa NFZ. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań stanowią **załącznik nr**

6) na własny koszt wyposaży pracownię w System Informatyczny Pracowni Diagnostyki Obrazowej spełniający warunki określone **w załączniku nr ...**

7) nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie obowiązków i zadań lub narażające Udzielającego zamówienia na negatywne konsekwencje, a w przypadku zaistnienia takich przeszkód Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Udzielającego zamówienia,

8) zobowiązuje się do świadczenia zleconych czynności ze szczególną starannością, wykorzystaniem obowiązujących standardów i procedur medycznych, posiadaną wiedzą specjalistyczną

i doświadczeniem zawodowym, z uwzględnieniem poszanowania praw pacjenta, a także uzasadnionych interesów Udzielającego zamówienia."

2. § 11 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie :

" 1. Udzielający Zamówienia może także rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie:

- 1) zaniecha udzielania świadczeń zdrowotnych lub ograniczy ich zakres,
- 2) opóźnia się z rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych, chyba że opóźnienie to nie wynika z przyczyn niezależnych od Przyjmującego zamówienie o czym niezwłocznie powinien poinformować Udzielającego zamówienia,
- 3) nie poinformuje Udzielającego zamówienia z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem o braku możliwości wykonywania świadczeń zdrowotnych z przyczyn, o których mowa w § 1 ust. 13 pisemnie lub telefonicznie(fax)
- 4) nie przestrzega obowiązujących przepisów prawnych , wymogów sanitarno - epidemiologicznych, bezpieczeństwa,
- 5) nie będzie posiadał ubezpieczenia, o którym mowa w § 8,
- 6) udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach , przy użyciu aparatury i sprzętu oraz z udziałem osób nie spełniających wymagań określonych w niniejszej umowie,
- 7) zostanie rozwiązana umowa dzierżawy pomieszczeń i sprzętu , w których udzielane są świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszej umowy,
- 8) przeniesie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią ,
- 9) w sposób rażący naruszy postanowienia niniejszej umowy,
- 10) **nie wykonana zobowiązań , o których mowa w § 3 pkt 4 ,**
- 11) w stosunku do Przyjmującego zamówienia zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania działalności lub zostanie wszczęte postępowanie układowe z wniosku Przyjmującego zamówienia

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w ust.1 w pkt 1-**pkt 10** ustala się karę umowną w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia Przyjmującego zamówienia za miesiąc poprzedni. W przypadku nieuzyskania wynagrodzenia przez Przyjmującego zamówienia, od którego nalicza się karę umowną, kara umowna wynosić będzie 100.000,00 zł .

3. Ponadto, Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu Zamówienia kary umowne w następujących sytuacjach i wysokości:

- 1) w przypadku nie podjęcia wykonywania badań, w terminach ustalonych w § 6 ust. 1 - w wysokości 1000,00 zł , za każdy dzień opóźnienia za każdy rodzaj badania które nie zostało podjęte do wykonywania w określonym terminie ; nie dotyczy to sytuacji jeżeli opóźnienie ewidentnie wynika z przyczyn niezależnych od Przyjmującego zamówienia,

- 2) w przypadku opóźnienia wykonywania czynności zgodnie z ustalonymi terminami w § 1 ust. 5 i ust. 7 – w wysokości, 10 % zł wartości badania za każdą godzinę opóźnienia w przypadku badań CITO i 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia , za każdy stwierdzony taki przypadek - w przypadku badań wykonywanych w trybie planowym ,
- 3) gdy odmówi poddania się kontroli lub nie udzieli informacji, o których mowa w § 5 - kara umowna wynosi 10% miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc w którym stwierdzono to naruszenie, za każdy stwierdzony taki przypadek,
- 4) naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tym w zakresie gromadzenia i przechowywania danych /informacji lub prowadzenia dokumentacji - kara umowna wynosi 30% miesięcznego wynagrodzenia w którym stwierdzono to naruszenie, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,
- 5) wykonywania świadczeń zdrowotnych przez osoby nieuprawnione lub nie posiadające kwalifikacji - kara umowna wynosi 10% miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc w którym stwierdzono to naruszenie , za każdy stwierdzony taki przypadek,
- 6) nie wyposaży pracowni w sprawnie funkcjonujący System Informatyczny Pracowni Diagnostyki Obrazowej spełniającego warunki określone w załączniku nr ... do umowy - kara umowna wynosi 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień stwierdzonej niesprawności funkcjonowania Systemu
- 7) gdy NFZ obciąży Udzielającego zamówienia karą umowną w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Przyjmującego zamówienie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy - kara umowna wynosi równowartość kary jaką nałożył na Udzielającego zamówienia NFZ .
4. Strony ustalają , że niezależnie od kar umownych , Udzielający zamówienie będzie mógł dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości szkody rzeczywistej.
5. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek wpłaty na rachunek Udzielającego Zamówienia kary umownej w terminie 14 dni od doręczenia pisma wzywającego do zapłaty kary umownej.
6. W przypadku nie zachowania terminu wpłaty kary umownej zostaną naliczone odsetki ustawowe za zwłokę od całej wymaganej kwoty do dnia zapłaty.
7. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia naliczonych kar umownych. "

Jednolity tekst projektu umowy zostanie ogłoszony wraz z odpowiedziami na stronie internetowej ZOZ-u w Bolesławcu oraz stronie BIP

Pytania 6 - 7

6. Czy Zamawiający może potwierdzić , że w pkt. 9 jeżeli chodzi o ogniska lampy RTG Zamawiający miał na myśli , że te rozmiary są rozmiarami maksymalnymi , a nie minimalnymi ? Im mniejsze ognisko tym lepsza lampa . W związku z powyższym prosimy o zmianę ww punktu w następujący sposób :

9	Lampa RTG o rozmiarach ognisk min. max: Ognisko małe 0,8 x 0,7 mm 	TAK
---	--	-----

	Ognisko duže 1,1X 1,1 mm	
--	--------------------------	--

Odpowiedź ad 6

Zamawiający potwierdza, że w pkt. 9 miał na myśli maksymalne rozmiary ognisk lampy RTG. W związku z tym zmienia się wpis w tabeli zał. 2 do SIWKOP w części dotyczącej aparatu TK lp.9 zgodnie z zapytaniem.

9.	Lampa RTG o rozmiarach ognisk max. :
	• ognisko małe 0,8 x 0,7 mm
	• ognisko duże 1,1 x 1,1 mm

7. Czy Zamawiający w punkcie 13 dopuści Tomograf o parametrze :

13	Standardowy czas pełnego obrotu układu lampa RTG - detektor 0,35s max. 0,4s i możliwość skokowej zmiany skoku stołu od 0,16 - 1,375
----	--

Odpowiedź ad 7

Zamawiający dopuszcza zmianę w tabeli zał. 2 do SIWKOP w części dotyczącej aparatu TK lp.13 zgodnie z zapytaniem.

13.	Standardowy czas pełnego obrotu układu lampa RTG - detektor max. 0,4 s i możliwość skokowej zmiany skoku stołu od 0,16 – 1,375
-----	--

**Przewodniczący Komisji Konkursowej
Helena Szwaj-Moreno**