



*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

ZOZ/ NZP/ 139/ 2018

Bolesławiec, dnia 11 grudnia 2018r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Zapytań do treści specyfikacji postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Sukcesywne dostawy materiałów szewnych” (sprawa 16/nici chirurgiczne/18)

Pytanie 1

1. Czy Zamawiający w zadaniu 4 dopuści szew syntetyczny, jednowłóknikowy, niewchłaniany z poliamidu?
2. Czy Zamawiający w zadaniu 4, poz. 3 dopuści nić chirurgiczną o parametrach: długość nici 75 cm, igła okrągła pozostałe parametry bez zmian?

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 pozycja 1, 2, 3 oczekuje zaoferowania folii bakteriobójczej zawierającej jodoform, zgodnie z regułą IX Załącznika 13 Dyrektywy o Wyrobach Medycznych, co poświadczone powinno być właściwą deklaracją zgodności wydana przez producenta oraz Certyfikatem CE dla wyrobu medycznego klasy III wydanym przez niezależną jednostkę notyfikowaną? Pozostałe parametry zgodne z zapisami siwz?

Pytanie 3

1. Dotyczy zadania nr 1, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z nicią o dł. 90cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

2. Dotyczy zadania nr 1, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z igłą o dł. 40mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

3. Dotyczy zadania nr 1, poz 9:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z igłą niewzmocnioną z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

4. Dotyczy zadania nr 1, poz 10:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z igłą niewzmocnioną z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

5. Dotyczy zadania nr 1, poz 11:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z nicią o dł. 90cm, igłą niewzmocnioną o dł. 70mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

6. Dotyczy zadania nr 1, poz 12:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z igłą o dł. 40mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

7. Dotyczy zadania nr 1, poz 12:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z igłą niewzmocnioną z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

8. Dotyczy zadania nr 1, poz 13:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z igłą o dł. 40mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

9. Dotyczy zadania nr 1, poz 14:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z nicią o dł. 90cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

10. Dotyczy zadania nr 1, poz 14-16, 18-20, 22:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z igłą niewzmocnioną z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

11. Dotyczy zadania nr 1, poz 17, 21:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z igłą niewzmocnioną i z nicią o dł. 90cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

12. Dotyczy zadania nr 1, poz 17, 21:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z igłą wzmocnioną lub podwójnie wzmocnioną z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

13. Dotyczy zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny poliestrowy, syntetyczny, pleciony, powleczony polibutylatem?

14. Dotyczy zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny poliestrowy, syntetyczny, pleciony, powleczony silikonem?

15. Dotyczy zadania nr 2, poz 4:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z nicią o dł. 90cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

16. Dotyczy zadania nr 2, poz 6, 7:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z nicią o dł. 180cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

17. Dotyczy zadania nr 3:

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłaniany o średnim okresie wchłaniania, całkowita absorpcja masy szwu 90-120dni?

18. Dotyczy zadania nr 3, poz 6:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z igłą o dł. 48mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

19. Dotyczy zadania nr 3, poz 9, 12:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z nicią o dł. 90cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

20. Dotyczy zadania nr 3, poz 14:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z igłą wzmocnioną o dł. 40mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

21. Dotyczy zadania nr 3, poz 15:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z nicią o dł. 90cm oraz z igłą o dł. 45mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

22. Dotyczy zadania nr 3, poz 15:

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłaniany o dłuższym okresie wchłaniania, całkowita absorpcja masy szwu 180-210 dni z nicią o dł. 45 cm z igłą wzmocnioną z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

23. Dotyczy zadania nr 3, poz 15:

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłaniany o dłuższym okresie wchłaniania, całkowita absorpcja masy szwu 180-210 dni z nicią o dł. 120 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

24. Dotyczy zadania nr 3, poz 15:

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłaniany o dłuższym okresie wchłaniania, całkowita absorpcja masy szwu 180-210 dni z nicią o dł. 70 cm z igłą zakończoną krótkim tnącym zakończeniem z zachowaniem pozostałych parametrów?

25. Dotyczy zadania nr 3, poz 15:

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłaniany o dłuższym okresie wchłaniania, całkowita absorpcja masy szwu 180- 210 dni z nicią dedykowaną do powięzi o grubości 1 oraz dł. 150 cm na pętli z zachowaniem pozostałych parametrów? Lub z nicią o dł. 90 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

26. Dotyczy zadania nr 4:

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, jednowłóknowy, niewchłaniany wykonany z polipropylenu i polietylenu?

27. Dotyczy zadania nr 4:

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, jednowłóknowy, niewchłaniany wykonany z poliamidu?

28. Dotyczy zadania nr 4, poz 3:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z igłą pojedynczą z zachowaniem pozostałych parametrów?

29. Dotyczy zadania nr 4, poz 4, 9, 10:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z nicią o dł. 90cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

30. Dotyczy zadania nr 4, poz 7:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z nicią o dł. 100cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

31. Dotyczy zadania nr 4, poz 12:

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny z igłą o dł. 40cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

32. Dotyczy zadania nr 7, poz 1, 2:

Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową o wadze 45g/m², wielkość porów 1,0-1,2mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

33. Dotyczy zadania nr 7, poz 3:

Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową z porami o wielkości 1,5- 2,3mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Pytanie 4

Zadanie 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści siatki o rozmiarze porów min. 4mm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Pytanie 5

1. Dot. Zadania 2, 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania szwów pakowanych w pojedyncze sterylne saszetki, tj. papierowy nośnik nici oraz foliowo-papierowa saszetka?

2. Dot. Zadania 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą bez określenia „wzmocniona”, pozostałe parametry bez zmian?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

3. Dot. Zadanie 1, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 65 mm, pozostałe parametry bez zmian?

4. Dot. Zadanie 1, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

5. Dot. Zadanie 1, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z nitką o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

6. Dot. Zadania 2

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany silikonem, pozostałe parametry bez zmian?

7. Dot. Zadania 3

Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, pozostałe parametry bez zmian?

8. Dot. Zadania 3

Czy Zamawiający dopuści szew o całkowitej absorpcji masy szwu 90-120 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Pytanie 6

1. Pytanie 1

Czy Zamawiający w zadaniu 7 pozycja 1, 2, 3 dopuści siatki o rozmiarze porów 1,5x1,5mm?

2. Pytanie 2

Czy Zamawiający w zadaniu 7 pozycja 2 dopuści siatkę w rozmiarze 10,1x15,1cm?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

Pytanie 7

1. Zadanie nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego, o podtrzymywaniu tkankowym do 28 dni, absorpcja masy szwu 60-90 dni?
2. Zadanie nr 1, pozycja 7, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 21- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych pogrubionych?
3. Zadanie nr 1, pozycja 11- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej z nitką o długości 90cm?
4. Zadanie nr 1, pozycja 14- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?
5. Zadanie nr 1, pozycja 20- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej z igłą o długości 65mm?
6. Zadanie nr 1, pozycja 22- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej z nitką o grubości „1”?
7. Zadanie nr 1, pozycja 23- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1”?
8. Zadanie nr 1, pozycja 24- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 32mm?
9. Zadanie nr 2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów powlekanych tylko silikonem?
10. Zadanie nr 2, pozycja 1-4- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą okrągłą wzmocnioną?
11. Zadanie nr 2, pozycja 5-7- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o długości 250cm?
12. Zadanie nr 4- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z poliamidu?
13. Zadanie nr 4, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pojedynczej 1 x 16mm z podwojeniem zamawianej ilości szaszetek?

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

Pytanie 8

W formularzu ofertowym do przetargu znak sprawy 16/nici chirurgiczne/18 w opisie przedmiotu-charakterystyka- wkraśl się błąd. Z tego co mi jest wiadomo chodzi o nici chirurgiczne PGA, z tym, że Państwo wskazujecie szew syntetyczny jednowłóknikowy, a PGA jest multi, czy dobrze rozumiem, że w rozumieniu Państwa jest to samo? czyli plecionka traktowana jest jako jednowłóknikowa? Czy może jest to omyłka?

Pytanie 9

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- a) opóźnienie w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,2 % wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 0,4 % wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru.** Przy czym w przypadku, gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł, to należna kara będzie wynosić 10 zł. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu § 10 ust. 1 lit. c). Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.
- b) za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości 0,2% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 0,4% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru.** Przy

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

czym w przypadku, gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł, to należna kara będzie wynosić 10zł.

- c) odstąpienie lub wypowiedzenie przez Zamawiającego umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5 % niezrealizowanej części umowy.

Wypełniając dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.) w odpowiedzi wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1, Odpowiedź

1. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwu syntetycznego, jednowłóknikowego, niewchłaniającego z poliamidu.
2. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania nici chirurgicznej o parametrach: długość nici 75 cm, igła okrągła.

Pytanie 2, Odpowiedź

Tak, Zamawiający w Zadaniu 6 pozycja 1, 2, 3 oczekuje zaoferowania folii bakteriobójczej zawierającej jodoform, zgodnie z regułą IX Załącznika 13 Dyrektywy o Wyrobach Medycznych, co poświadczone powinno być właściwą deklaracją zgodności wydana przez producenta oraz Certyfikatem CE dla wyrobu medycznego klasy III wydanym przez niezależną jednostkę notyfikowaną.

Pytanie 3, Odpowiedź

1. **Dotyczy zadania nr 1, poz. 7:**

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z nicią o dł. 90cm.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

2. Dotyczy zadania nr 1, poz 9:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z igłą o dł. 40mm.

3. Dotyczy zadania nr 1, poz 9:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z igłą niewzmocnioną.

4. Dotyczy zadania nr 1, poz 10:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z igłą niewzmocnioną.

5. Dotyczy zadania nr 1, poz 11:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z nicią o dł. 90cm, igłą niewzmocnioną o dł. 70mm.

6. Dotyczy zadania nr 1, poz 12:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z igłą o dł. 40mm.

7. Dotyczy zadania nr 1, poz 12:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z igłą niewzmocnioną.

8. Dotyczy zadania nr 1, poz 13:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z igłą o dł. 40mm.

9. Dotyczy zadania nr 1, poz 14:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z nicią o dł. 90cm.

10. Dotyczy zadania nr 1, poz 14-16, 18-20, 22:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z igłą niewzmocnioną.

11. Dotyczy zadania nr 1, poz 17, 21:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z igłą niewzmocnioną i z nicią o dł. 90cm.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

12. Dotyczy zadania nr 1, poz 17, 21:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z igłą wzmocnioną lub podwójnie wzmocnioną.

13. Dotyczy zadania nr 2:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego poliestrowy, syntetyczny, pleciony, powleczonego polibutylatem.

14. Dotyczy zadania nr 2:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego poliestrowy, syntetyczny, pleciony, powleczonego silikonem

15. Dotyczy zadania nr 2, poz 4:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z nicią o dł. 90cm.

16. Dotyczy zadania nr 2, poz 6, 7:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z nicią o dł. 180cm.

17. Dotyczy zadania nr 3:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu syntetycznego, jednowłóknowy, wchłaniający o średnim okresie wchłaniania, całkowita absorpcja masy szwu 90-120dni.

18. Dotyczy zadania nr 3, poz 6:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z igłą o dł. 48mm.

19. Dotyczy zadania nr 3, poz 9, 12:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z nicią o dł. 90cm.

20. Dotyczy zadania nr 3, poz 14:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z igłą wzmocnioną o dł. 40mm.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

21. Dotyczy zadania nr 3, poz 15:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z nicią o dł. 90cm oraz z igłą o dł. 45mm.

22. Dotyczy zadania nr 3, poz 15:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu syntetycznego, jednowłóknowy, wchłaniany o dłuższym okresie wchłaniania, całkowita absorpcja masy szwu 180-210 dni z nicią o dł. 45 cm z igłą wzmocnioną.

23. Dotyczy zadania nr 3, poz 15:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu syntetycznego, jednowłóknowy, wchłaniany o dłuższym okresie wchłaniania, całkowita absorpcja masy szwu 180-210 dni z nicią o dł. 120 cm.

24. Dotyczy zadania nr 3, poz 15:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu syntetycznego, jednowłóknowy, wchłaniany o dłuższym okresie wchłaniania, całkowita absorpcja masy szwu 180-210 dni z nicią o dł. 70 cm z igłą zakończoną krótkim tnącym zakończeniem.

25. Dotyczy zadania nr 3, poz 15:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu syntetycznego, jednowłóknowy, wchłaniany o dłuższym okresie wchłaniania, całkowita absorpcja masy szwu 180- 210 dni z nicią dedykowaną do powięzi o grubości 1 oraz dł. 150 cm na pętli lub z nicią o dł. 90 cm.

26. Dotyczy zadania nr 4:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu syntetycznego, jednowłóknowy, niewchłaniany wykonany z polipropylenu i polietylenu.

27. Dotyczy zadania nr 4:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu syntetycznego, jednowłóknowy, niewchłaniany wykonany z poliamidu.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

28. Dotyczy zadania nr 4, poz 3:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z igłą pojedynczą z zachowaniem pozostałych parametrów.

29. Dotyczy zadania nr 4, poz 4, 9, 10:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z nicią o dł. 90cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

30. Dotyczy zadania nr 4, poz 7:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z nicią o dł. 100cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

31. Dotyczy zadania nr 4, poz 12:

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu chirurgicznego z igłą o dł. 40cm.

32. Dotyczy zadania nr 7, poz 1, 2:

Nie, Zamawiający nie dopuści zaoferowania siatki przepuklinowej o wadze 45g/m², wielkość porów 1,0-1,2mm.

33. Dotyczy zadania nr 7, poz 3:

Nie, Zamawiający nie dopuści zaoferowania siatki przepuklinowej z porami o wielkości 1,5-2,3mm.

Pytanie 4, Odpowiedź

Zadanie 7 poz. 3

Tak, Zamawiający dopuści siatki o rozmiarze porów min. 4mm. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

Pytanie 5, Odpowiedź

1. Dot. Zadania 2, 4

Nie, Zamawiający nie dopuści możliwości zaoferowania szwów pakowanych w pojedyncze sterylne saszetki, tj. papierowy nośnik nici oraz foliowo-papierowa saszetka.

2. Dot. Zadania 1, poz. 11

Tak, Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą bez określenia „wzmocniona”, pozostałe parametry bez zmian.

3. Dot. Zadanie 1, poz. 20

Tak, Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 65 mm, pozostałe parametry bez zmian.

4. Dot. Zadanie 1, poz. 20

Nie, Zamawiający nie dopuści materiału szewnego z nitką o długości 90 cm.

5. Dot. Zadanie 1, poz. 22

Nie, Zamawiający nie dopuści materiału szewnego z nitką o długości 90 cm.

6. Dot. Zadania 2

Nie, Zamawiający dopuści szew powlekany silikonem.

7. Dot. Zadania 3

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu plecionego.

8. Dot. Zadania 3

Nie, Zamawiający nie dopuści szwu o całkowitej absorpcji masy szwu 90-120 dni.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

Pytanie 6, Odpowiedź

1. Pytanie 1

Tak, Zamawiający w zadaniu 7 pozycja 1, 2, 3 dopuści siatki o rozmiarze porów 1,5x1,5mm.

2. Pytanie 2

Tak, Zamawiający w zadaniu 7 pozycja 2 dopuści siatkę w rozmiarze 10,1x15,1cm

Pytanie 7, Odpowiedź

1. Zadanie nr 1- Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego, o podtrzymywaniu tkankowym do 28 dni, absorpcja masy szwu 60-90 dni.
2. Zadanie nr 1, pozycja 7, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 21- Nie, Zamawiający nie dopuści zaoferowania igieł okrągłych pogrubionych.
3. Zadanie nr 1, pozycja 11- Nie, Zamawiający nie dopuści zaoferowania igły okrągłej pogrubionej z nitką o długości 90cm.
4. Zadanie nr 1, pozycja 14- Nie, Zamawiający nie dopuści zaoferowania nici o długości 90cm.
5. Zadanie nr 1, pozycja 20- Nie, Zamawiający nie dopuści zaoferowania igły okrągłej pogrubionej z igłą o długości 65mm.
6. Zadanie nr 1, pozycja 22- Nie, Zamawiający nie dopuści zaoferowania igły okrągłej pogrubionej z nitką o grubości „1”.
7. Zadanie nr 1, pozycja 23- Nie, Zamawiający nie dopuści zaoferowania nici o grubości „1”.
8. Zadanie nr 1, pozycja 24- Nie, Zamawiający nie dopuści zaoferowania igły o długości 32mm.
9. Zadanie nr 2- Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwów powlekanych tylko silikonem.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

10. Zadanie nr 2, pozycja 1-4- Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwów z igłą okrągłą wzmocnioną.
11. Zadanie nr 2, pozycja 5-7- Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwów o długości 250cm.
12. Zadanie nr 4- Nie, Zamawiający nie dopuści zaoferowania szwów z poliamidu.
13. Zadanie nr 4, pozycja 3- Nie, Zamawiający nie dopuści zaoferowania igły pojedynczej 1 x 16mm z podwojeniem zamawianej ilości szaszetek.

Pytanie 8, Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenia szwu syntetycznego jednowłóknikowego, wchłanialnego, o średnim okresie wchłaniania, całkowita absorbcja masy szwu 60-90 dni

Pytanie 9, Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w zakresie kar umownych zawartych w projekcie umowy.

W związku z otrzymanymi pytaniami Zamawiający, Zamawiający modyfikuje treść formularza cenowego w powyższym zdaniu kolorem zielonym. Modyfikacja siwz jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.zozbol.eu.

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk

Odpowiedzi udzieliła:
Dorota STANISZEWSKA

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel. 75-738 02 25
fax. 75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>

