



*Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ^Q*

*Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”*

ZOZ/ NZP/ 140/ 2018

Bolesławiec, dnia 12 grudnia 2018r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Zapytań do treści specyfikacji postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Sukcesywne dostawy materiałów szewnych” (sprawa 16/nici chirurgiczne/18)

Pytanie 1

1. **poz. 1.** taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, materiał: polipropylen monofilament, plastikowa osłonka na taśmie (dwuczęściowa- wyznaczenie środka, ułatwia pozycjonowanie, dodatkowa sterylność), gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34 mm, porowatość 1500-1950 µm, grubość nitki 150 µm, rozmiar: dł. 45 cm, szer. 1,1 cm, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm, wykonane metodą osnowową, o splocie kolumnkowym, zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega skręcaniu taśmy, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami.
2. **poz. 2.** siatka o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34 mm, grubość nitki 150 µm, porowatość 1500-1950 µm, rozmiar: długość górnych ramion 40 cm, długość dolnych ramion 38 cm, szerokość ramion 1,0 cm, górne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiar trapezu: podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 7 cm, wysokość 6 cm, implanty wykonane metodą osnowową, o splocie kolumnkowym, który zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega deformacji; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie min. 90N/cm.
3. **poz. 3.** siatka o anatomicznym kształcie, trapez z dwoma ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34 mm, grubość nitki 150 µm, porowatość 1500-1950 µm, rozmiar: długość siatki (z ramionami)

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>





Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ^Q

Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

41,3 cm, wysokość 12 cm, z dodatkową górną wypustką o szerokości 6,3 cm, wysokość 4 cm; implanty wykonane metodą osnowową, o splocie kolumnkowym, który zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega deformacji; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie min. 90N/cm.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 10 poz. nr 3 Implant o anatomicznym kształcie wykonany w technologii quadriaxal, bez jednorazowego aplikatora, pozostałe parametry bez zmian?

Wypełniając dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.) w odpowiedzi wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1, Odpowiedź

1. **poz. 1-** Nie, Zamawiający nie dopuści do postępowania taśm opisanych w pytaniu.
2. **poz. 2-** Nie, Zamawiający nie dopuści do postępowania siatek opisanych w pytaniu.
3. **poz. 3-** Nie, Zamawiający nie dopuści do postępowania siatek opisanych w pytaniu.

Pytanie 2, Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza w zadaniu 10 poz. nr 3 Implant o anatomicznym kształcie wykonany w technologii quadriaxal, bez jednorazowego aplikatora, pozostałe parametry bez zmian?

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Zdaniuk

Odpowiedzi udzieliła:
dr Helena SZWAJ- MORENO

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507
REGON: 000310338
KRS: 0000024307
Nr w rej. ZOZ:
00000000 1137

tel.75-738 02 25
fax.75-738 00 13
e-mail:
lklimowski@zozbol.eu
<http://www.zozbol.eu>

