

Bolesławiec dnia 2018-12-12

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje , że do ogłoszonego w dniu 23 listopada 2018r. postępowania w sprawie :

- 1) konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań TK, RTG, USG, i MRI,
- 2) przetargu na dzierżawę pomieszczeń, sprzętu i gruntu w celu utworzenia pracowni TK, RTG, USG, i MRI

w dniu 11 grudnia 2018r. do ZOZ w Bolesławcu wpłynęły następujące zapytania:

Pyt. 1 – Dot. załącznika nr 2 do SIWKOP – Ultrasonograf z kolorowym doplerem – pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf z głowicą convex o zakresie częstotliwości min. 2-5 MHz?

Odpowiedź ad 1

Zamawiający dopuszcza ultrasonograf z głowicą convex o zakresie częstotliwości min. 2-5 MHz.

Pyt. 2 – Dot. załącznika nr 2 do SIWKOP – Ultrasonograf z kolorowym doplerem – pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf z głowicą convex o kącie widzenia min. 60° ?

Odpowiedź ad 2

Zamawiający dopuszcza ultrasonograf z głowicą convex o kącie widzenia min. 60° pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań ujętych w załączniku nr2 pkt 12.

Pyt. 3 – Dot. załącznika nr 2 do SIWKOP – Ultrasonograf z kolorowym doplerem – pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf z głowicą liniowa o zakresie częstotliwością min. 4-13 MHz?

16 MHz stosuje się tylko w badaniach wysokospecjalistycznych jak np. struktury nerwowe, oko, itp.

Odpowiedź ad 3

Zamawiający dopuszcza ultrasonograf z głowicą liniowa o zakresie częstotliwością min. 4-13 MHz

Pyt. 4 – Dot. załącznika nr 2 do SIWKOP – Ultrasonograf z kolorowym doplerem – pkt. 13

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „elementy akustyczne”?

Odpowiedź ad 4

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do SIWKOP

13.	Głowica liniowa o zakresie częstotliwości min. 4-13 MHz. Zastosowanie min : badania naczyniowe, płytko położonych narządów, badania ortopedyczne	TAK
-----	--	-----

Pyt. 5 – Dot. załącznika nr 2 do SIWKOP – Ultrasonograf z kolorowym doplerem – pkt. 13

Czy Zamawiający w punkcie 13 (drugi wiersz) dopuści aparat USG ze 128 kryształami?

Odpowiedź ad 5

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do SIWKOP USG (drugi wiersz)

13.	obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 128; długość głowicy (FOV) 40 mm (+/- 2 mm)	TAK
-----	--	-----

**Przewodniczący Komisji Konkursowej
Helena Sz waj-Moreno**