



# Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu <sup>Q</sup>

## Sekcja Zamówień Publicznych „Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/ 425 /2019

Bolesławiec, dnia 14 sierpnia 2019r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w podziale na 5 zadań dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Znak sprawy: 7/sprzet medyczny/19.

W związku z pytaniami Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

#### (ZAPYTANIE NR 1)

**Pyt. nr 1. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pyt. nr 2. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z podstawą profilowaną (dla dobrego dostępu dla stóp operatorów) w kształcie litery „X” oraz o wymiarach długość 1000mm / 640mm, szerokość 571mm / 460mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pyt. nr 3. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny posiadający tunel na kasety RTG o szerokości 385mm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



ISO 9001 :2015

Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 612-15-42-507  
REGON: 000310338  
KRS: 0000024307  
Nr w rej. ZOZ:  
00000000 1137

tel.75-738 02 25  
fax.75-738 00 13  
e-mail:  
lklimowski@zozbol.eu  
<http://www.zozbol.eu>



**Pyt. nr 4. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny posiadający blat o wymiarach: długość 2100mm szerokość 500mm, szerokość całkowita (z listwami na wyposażenie) 560mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 5. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy w punkcie 14 tabeli doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i punkt ten powinien brzmieć:

Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów

- segment głowy
- segment plecowy (możliwość zastosowania segmentu do operacji barku montowanego w miejscu podnóżków)
- segment siedziska
- segment nożny dwuczęściowy

Jeśli natomiast w punkcie tym nie doszło do omyłki pisarskiej, prosimy Zamawiającego jak należy traktować opis przystawki do operacji barków z punktu 38 tabeli ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dokonuje poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w zadaniu nr 1, poz. 14 Formularza opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ), w następujący sposób:

Wiersz w którym znajduje się zapis:

„Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów:

- segment głowowy,
- segment plecowy do operacji barków,
- segment siedziska,
- segment nożny dwuczęściowy”

**otrzymuje brzmienie**

„„Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów:

- segment głowy,
- segment plecowy do operacji barków,
- segment siedziska,
- segment nożny dwuczęściowy”

**Zamawiający upoważnia wszystkich uczestników postępowania przetargowego do naniesienia stosownej poprawki w zadaniu nr 1, poz. 14 Formularza opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) zgodnie z w/w opisem. Pozostała treść Zadania nr 1 Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pyt. nr 6. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny posiadający elektrohydrauliczną regulację oparcia pleców w zakresie -35° / +85 °?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza stołu operacyjnego posiadającego elektrohydrauliczną regulację oparcia pleców. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania regulacji oparcia pleców w zakresie -35° / +85 ° przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.

**Pyt. nr 7. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny posiadający elektrohydrauliczną regulację wysokości blatu w zakresie 740mm do 1190mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pyt. nr 8. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny posiadający regulację podgłówka w zakresie  $-45^{\circ}$  /  $+45^{\circ}$ ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pyt. nr 9. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny posiadający regulację podnóżków w zakresie  $-90^{\circ}$  /  $+25^{\circ}$ ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 10. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac do ułożenia bocznego o wymiarach 650x480x220mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 11. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1**

Prosimy o wyjaśnienie czego Zamawiający oczekuje pisząc „uchwyt do oparcia regulacja wysokości oraz możliwość obrotu w osi pionowej...”?

Obecny wymóg może być dla większości oferentów nie zrozumiały.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje uchwytu do oparcia, regulacja wysokości oraz możliwość obrotu w osi pionowej 360 stopni za pomocą dwóch przegubów (oba dające możliwość obrotu 360 stopni) - 3 szt. Zamawiający oczekuje uchwytu, który będzie stosowany do oparcia wymaganych.

**Pyt. nr 12. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oparcie boczno barkowe o wymiarach 165x100x30mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 13. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pas tułowia o długości 2280mm oraz szerokości 100mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 14. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy stołu operacyjnego do 35 dni od dnia podpisania umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**(ZAPYTANIE NR 2)**

**Pyt. nr 1. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4 poz. 6**

1) ad. pkt. 6 tabeli

Czy Zamawiający wymaga aby myjnia –dezynfektor umożliwiała również mycie i dezynfekcje termiczną misek do mycia pacjentów o średnicy 350 mm oraz wiader o pojemności 20 litrów?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby myjnia –dezynfektor umożliwiała również mycie i dezynfekcje termiczną misek do mycia pacjentów o średnicy 350 mm oraz wiader o pojemności 20 litrów.

**Pyt. nr 2. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4 poz. 9**

2) ad. pkt. 9 tabeli

Prosimy o doprecyzowanie ilości oraz nazewnictwa programów mycia i dezynfekcji termicznej wybieranych z panelu sterującego myjni dezynfektora . Czy Zamawiający wymaga dwóch programów: jednego standardowego do mycia kaczek lub misek do mycia pacjentów ,drugiego do mycia podsuwaczy oraz trzeciego intensywnego dedykowanego do eliminacji wszystkich naczyń sanitarnych w przypadku podejrzenia lub stwierdzonego występowania Clostridium Difficile ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania dwóch programów: jednego standardowego do mycia kaczek lub misek do mycia pacjentów ,drugiego do mycia podsuwaczy oraz trzeciego intensywnego dedykowanego do eliminacji wszystkich naczyń sanitarnych w przypadku podejrzenia lub stwierdzonego występowania Clostridium Difficile. Zamawiający wymaga minimum 2 programów zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

**Pyt. nr 3. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4 poz. 9, 10, 15.**

3) ad. pkt. 9 , vs. pkt. 10 oraz vs. pkt 15 tabeli

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie nazewnictwa odnośnie wymaganych programów oraz związanych z tym parametrów , a w szczególności , który program Zamawiający określa mianem „program standardowy”(vide pytanie 1) dla którego wymagany jest czas procesu poniżej 12 minut , biorąc pod uwagę iż dla zużycia wody Zamawiający używa określenia dla „programu normalnego” : max 15 litrów, a dla „programu intensywnego „ max 20 litrów?

Prosimy również o informację czy podane progi zużycia dotyczą wody zimnej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający pod nazwą program standardowy rozumie również program normalny. Podane zużycie wody dotyczy ilości wody pobranej do 1 cyklu.

**Pyt. nr 4. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4 poz. 15.**

4) ad. pkt. 15

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni-dezynfektora o maksymalnym zużyciu wody ciepłej i zimnej łącznie 25 litrów dla programu intensywnego do mycia i dezynfekcji silnie zabrudzonych basenów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 5. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4 poz. 17, 18.**

5) ad pkt. 17 oraz pkt 18 tabeli

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z jedną pompą dozująca wyłącznie środek odkamieniający .

W przewidzianej do zaoferowania myjni podobnie jak w nowoczesnych myjniach innych wiodących producentów dozowanie detergentu jest zbędne, gdyż domywanie naczyń następuje przez silne strumienie wody kierowane przez kilkanaście dysz w większości rotacyjnych .

Takie rozwiązanie znacznie zmniejsza zarówno koszty eksploatacji myjni jak i koszty samego urządzenia a nadto legitymuje się certyfikatem potwierdzającym usuwanie spor Clostridium Difficile bez stosowania środka sporobójczego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 6. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4 poz. 23**

6) ad .pkt. 23

Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach mikroprocesorowego sterowania i monitorowania procesu mycia i dezynfekcji Zamawiający wymaga aby po zakończonym procesie mycia i dezynfekcji termicznej naczynia sanitarne były schładzane i suszone zewnętrznym strumieniem powietrza, tak aby pozostawały bez nadmiaru skroplin i nadawały się do ponownego bezpośredniego użycia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby w ramach mikroprocesorowego sterowania i monitorowania procesu mycia i dezynfekcji po zakończonym procesie mycia i dezynfekcji termicznej naczynia sanitarne były schładzane i



suszone zewnętrznym strumieniem powietrza, tak aby pozostawały bez nadmiaru skroplin i nadawały się do ponownego bezpośredniego użycia.

**Pyt. nr 7. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4 poz. 25, 27**  
7) Ad pkt .25 oraz 27

Prosimy o doprecyzowanie Czy w ramach wymaganego automatycznego przebiegu procesu Zamawiający wymaga paroszczelności urządzenia (odprowadzania pozostałości pary i jej skroplin do kanalizacji) podczas cyklu mycia , dezynfekcji termicznej i suszenia ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza paroszczelności urządzenia (odprowadzania pozostałości pary i jej skroplin do kanalizacji) podczas cyklu mycia, dezynfekcji termicznej i suszenia w ramach wymaganego automatycznego przebiegu procesu.

#### **(ZAPYTANIE NR 3)**

**Pyt. nr 1. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4 poz. 9.**

Dot. pkt. 9- Mając na uwadze problemy szpitali ze sporami bakterii Clostridium Difficile zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana myjnia pozwalała na skuteczną eliminację sporów bakteryjnych Clostridium Difficile, co byłoby potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę badawczą.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby zaoferowana myjnia pozwalała na skuteczną eliminację sporów bakteryjnych Clostridium Difficile, co byłoby potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę badawczą.

**Pyt. nr 2. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4 poz. 22.**

Dot. pkt. 22- Czy Zamawiający wymaga myjnię pozwalającą na jednoczesne mycie i dezynfekcję w cyklu 1 kompletnego basenu oraz 2 kaczek lub zamiennie 3 kaczek? Taka pojemność pozwala na znacznie większą elastyczność jak i oszczędności w zużyciu mediów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza myjnię pozwalającą na jednoczesne mycie i dezynfekcję w cyklu 1 kompletnego basenu oraz 2 kaczek lub zamiennie 3 kaczek

**Pyt. nr 3. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4 poz. 24.**

Dot. pkt. 24- Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w automatycznie otwierane drzwi komory mycia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w automatycznie otwierane drzwi komory mycia.

#### **(ZAPYTANIE NR 4)**

**Pyt. nr 1. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 2 poz. 8.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG bez weryfikacji nakładających się sygnałów podczas monitorowania bliźniąt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 2. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 2 poz. 9.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG bez możliwości podłączenia stymulatora płodu oraz rozbudowy o funkcje DECG i IUP.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 3. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 2 poz. 12, 14.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG niewyposażonego w ekran dotykowy o przekątnej 10,2", rozdzielczość 1024x600 pikseli.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pyt. nr 4. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 2 poz. 23.**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu określenia częstości powtarzania. Z naszej wiedzy wynika, że tylko jedna firma na rynku określa ten parametr, co uniemożliwia wystartowanie innym firmom i zaburza zasadę konkurencyjności postępowań przetargowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 5. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 2 poz. 24.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG z głowicą Cardio o częstotliwości 2,0 MHz.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 6. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 2 poz. 25.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG o natężeniu emitowanej fali  $US \leq 10 \text{ mW/cm}^2$ .

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 7. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 2 poz. 31.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG bez możliwości wprowadzenia i wydruku notatek oraz możliwości samodzielnej konfiguracji notatek.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 8. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 2 poz. 33.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG z możliwością ustawienia dolnego i górnego progu z krokiem 10 bpm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 9. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 2 poz. 35.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG z możliwością wyłączenia dźwięku alarmu na stałe.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 10. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 2 poz. 38.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG bez możliwości zwiększenia pamięci poprzez zapis na urządzeniu typu pendrive. Zaproponowany przez nas aparat będzie posiadał pamięć archiwum na 72 h zapisu czyli ok. 600 badań, a więc więcej niż Zamawiający określa w swoich wymaganiach.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 11. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 2 poz. 38.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG bez funkcji automatycznego wyszukiwania archiwalnego zapisu na podstawie wprowadzonego ID pacjenta lub nazwy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 12. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 2 poz. 39.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG bez możliwości zapisu badań na pamięci typu pendrive.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 13. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 2 poz. 40.**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu określenia rozdzielczości drukarki termicznej. Nie jest to parametr, który ma znaczenie dla jakości wykonywanego badania, a co za tym idzie nie każdy z producentów go określa.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 14. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 2 poz. 41.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG bez opcji automatycznego dodruku brakujących danych w przypadku braku papieru w drukarce lub otwarcia szuflady. Bez pamięci w buforze na 60 minut.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 15. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 2 poz. 42.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG z możliwością zastosowania papieru o szerokości 156 mm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 16. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 2, poz. 43.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG bez możliwości wydruku trendu FHR na informacji o badaniu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 17. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 2, poz. 44.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG bez możliwości współpracy z telemetrią płodową.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 18. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 2, poz. 52.**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji na zgłoszone uszkodzenie do maksymalnie 72 godzin w dni robocze.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. nr 19. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 2, poz. 52.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wysyłki sprzętu w ramach przeglądów i napraw gwarancyjnych kurierem na koszt i ryzyko wykonawcy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 20. Dotyczy wzoru umowy.**

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 7 ust. 2 wzoru umowy na:

„Oferowana cena brutto obejmuje: ceny netto przedmiotu umowy, koszty dostaw, transportu i ubezpieczenia, cło, opłaty graniczne, koszty przeszkolenia personelu Zamawiającego, koszty napraw gwarancyjnych wraz z wymianą części, przeglądów gwarancyjnych i serwisów gwarancyjnych, ~~materiałów zużywalnych~~, podatek VAT oraz wszystkie inne koszty nie wymienione a konieczne do poniesienia przez Wykonawcę w celu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 7 ust. 2.

**Pyt. nr 21. Dotyczy wzoru umowy.**

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 7 ust. 4 wzoru umowy poprzez skrócenie terminu do zapłaty za fakturę do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 7 ust. 4.

**Pyt. nr 22. Dotyczy wzoru umowy.**

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 10 ust. 1 wzoru umowy na:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- a) opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości **0,1%** wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwa nie dłużej niż 7 dni i **0,5 %** wartości niedostarczonego towaru za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 dni to Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego i zastosowania kary wynikającej z zapisu ppkt. c).
- b) za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości **0,1%** wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwa nie dłużej niż 7 dni i **0,5%** wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień opóźnienia.
- c) odstąpienie lub wypowiedzenie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości **3 %** łącznego wynagrodzenia brutto.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 10 ust. 1.

**(ZAPYTANIE NR 5)****Pyt. nr 1. Dotyczy SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem że z treści złożonego oświadczenia wynikać będzie, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

**Pyt. nr 2. Dotyczy SIWZ.**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi.

**Pyt. nr 3. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4, poz. 13.**

Czy Zamawiający wymaga również, że urządzenie będzie wyposażone w bezobsługową uszczelkę labiryntową wykonaną ze stali nierdzewnej, nie wymagającej serwisowania co wpłynie na obniżenie kosztu serwisu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza urządzenie, które będzie wyposażone w bezobsługową uszczelkę labiryntową wykonaną ze stali nierdzewnej, nie wymagającą serwisowania co wpłynie na obniżenie kosztu serwisu.

**Pyt. nr 4. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4, poz. 15.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o zwiększonym zużyciu wody max 40l na proces jednocześnie nie wymagające instalacji dodatkowej pompy detergentu oraz dozowania detergentu podczas procesu? Wykorzystanie większej ilości wody i proces dezynfekcji termicznej mogą odbywać się bez detergentu co znacznie obniża koszt procesu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. nr 5. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez pompy detergentu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza dezynfektor z 1 pompą.

**Pyt. nr 6. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania zestawu startowego bez detergentu jeżeli myjnia nie wymaga detergentu do procesu mycia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu startowego bez detergentu pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę 4 karnistrów o pojemności 5L środka zmiękczającego – płuczącego.

**Pyt. nr 7. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4.**

Czy Zamawiający wymaga urządzenia z pompą o wydajności na poziomie maksymalnie 400 l/min, przy mocy pompy 0,75 kW co przyczynia się do większej skuteczności mycia przy mniejszym zużyciu środków? Moc pompy nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza urządzenie z pompą o wydajności na poziomie maksymalnie 400 l/min, przy mocy pompy 0,75 kW.

**(ZAPYTANIE NR 6)**

**Pyt. nr 1. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4, poz. 9.**

(L.p. 9) Czy Zamawiający wymaga potwierdzonej badaniami skuteczności eliminacji zarodników *Clostridium difficile*, wykonanych przez Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu lub w innej niezależnej placówce badawczej lub w innym akredytowanym laboratorium?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza potwierdzonej badaniami skuteczności eliminacji zarodników *Clostridium difficile*, wykonanych przez Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu lub w innej niezależnej placówce badawczej lub w innym akredytowanym laboratorium.

**Pyt. nr 2. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4, poz. 12.**

(L.p. 12) Czy Zamawiający posiada badania czy też inne niezależne ekspertyzy, które jednoznacznie wskazują, że komora mycia ze spoinami laserowymi na którą producent wystawia dożywotnią gwarancję jest rozwiązaniem gorszym, awaryjnym niż komora bez spoin? Jeżeli nie to prosimy o dopuszczenie do postępowania myjni z komorą wykonaną ze stali nierdzewnej z 2 spoinami posiadającą dożywotnią gwarancję. Co więcej, technika wykonania spawów nie utrudnia utrzymania komory w czystości i nie gromadzą się w nich zabrudzenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 3. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4, poz. 13.**

(L.p. 13) Czy Zamawiający wymaga, aby komora myjni wraz z drzwiami posiadały system uniemożliwiający wyciek pary lub wody na zewnątrz – uszczelka silikonowa zapewniająca pełną paroszczelność? Rozwiązanie takie zapobiega poparzeniom personelu. Na rynku znajdują się rozwiązania typu komora z uszczelką labiryntową, która nie zapewnia paroszczelności i podczas cyklu gorąca para wydostaje się na zewnątrz.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby komora myjni wraz z drzwiami posiadały system uniemożliwiający wyciek pary lub wody na zewnątrz – uszczelka silikonowa zapewniająca pełną paroszczelność.

**Pyt. nr 4. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4, poz. 18.**

(L.p. 18) Wnosimy o dopuszczenie urządzenia, w którym zamontowana jest jedna pompa dozująca środków zmiękczających (odkamieniacz). Urządzenie z dwoma pompami generuje dodatkowe koszty dla jednostki, a nie przyczynia się to do uzyskania lepszego efektu mycia i dezynfekcji utensyliów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 5. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4, poz. 28.**

(L.p. 28) Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania 4 kanistrów poj. 5 l środka zmiękczająco-płuczącego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 6. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4, poz. 30.**

(L.p. 30) Punktowane właściwości dotyczące mocy zasilania wskazują na intencję Zamawiającego co do premiowania rozwiązań najbardziej ekonomicznych. Posługiwanie się mocą zasilania w tym celu wydaje się jednak niemiarodajne. Proponujemy zastosowanie skali posługującej się poborem energii elektrycznej na cykl w programie standardowym. Przykładowo:

- pobór energii do 0,26 kWh: 10 pkt
- pobór energii od 0,27 do 0,30 kWh: 5 pkt
- pobór energii powyżej 0,30 kWh: 0 pkt

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**(ZAPYTANIE NR 7)**

**Pyt. nr 1. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 3, poz. 14, 33, 36.**

Czy Zamawiający dopuści myjnię ze zbiornikiem na płyn dezynfekcyjny wykonanym z materiału kwasoodpornego, bez możliwości komunikacji z oprogramowaniem komputerowym, posiadającą 1 lampę UV zamontowaną przepływowo. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**(ZAPYTANIE NR 8)**

**Pyt. nr 1. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1, poz. 8, 9.**

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z podstawą w kształcie prostokąta o szerokości 500mm o kształcie umożliwiającym wsunięcie stóp na długości minimum 750mm, dzięki odpowiednio wybranej dolnej części podstawy? Rozwiązanie jest równoważne do wymagań Zamawiającego, gwarantuje taką samą funkcjonalność, tzn. możliwość zajęcia pozycji przy stole maksymalnie zbliżonej, bez konieczności wymuszonego pochylania się nad blatem.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.



**(ZAPYTANIE NR 9)**

**Pyt. nr 1. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1, poz. 8, 9.**

Czy Zamawiający dopuści stół renomowanego fińskiego producenta o podstawie osadzonej na rysach prostokąta w głębokimi wcięciami w osi wzdłużnej (kształt wypukłej litery H) o wymiarach w najszerszych punktach: 1160x698 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pyt. nr 2. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1, poz. 13.**

Czy Zamawiający dopuści stół renomowanego fińskiego producenta o szerokości blatu z szynami bocznymi 622mm? Różnica 2 mm względem wymaganej nie stanowi absolutnie żadnej różnicy w użytkowaniu stołu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 3. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1, poz. 14.**

Czy Zamawiający dopuści stół renomowanego fińskiego producenta, charakteryzujący się blatem w konfiguracji: segment głowy, segment pleców, siedzisko, segment z wcięciem ginekologicznym, segment nożny dwuczęściowy? Rozwiązanie z większą ilością modułów zapewnia większe możliwości dostosowania do zabiegów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pyt. nr 4. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1, poz. 17, 18, 19, 40.**

Czy Zamawiający uzna parametry za spełnione jeżeli pilot przewodowy zamiast wyświetlacza będzie informował o aktualnie wykonywanej regulacji, kierunku aktualnie wykonywanej regulacji, stanie niskiego naładowania baterii/podłączenia do sieci oraz awarii za pomocą diod LED? Pilot jest obudowany materiałem tworzywowym zabezpieczającym przed uszkodzeniem mechanicznym. Czy Zamawiający zgodzi się na przyznanie takiemu rozwiązaniu maksymalnej ilości punktów jako równoważnemu z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgodny na przyznanie w/w rozwiązaniu maksymalnej ilości punktów jako równoważnemu z SIWZ.

**Pyt. nr 5. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1, poz. 21.**

Czy Zamawiający uzna parametr za spełniony jeżeli dodatkowy panel i pilot nie działają kiedy używane są jednocześnie? Pragniemy zauważyć, że w sytuacji zagrożenia życia konieczność odczekania 15 sekund może być bardzo niebezpieczna.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

**Pyt. nr 6. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1, poz. 22, 25, 31, 32, 33.**

Czy Zamawiający dopuści stół renomowanego fińskiego producenta, charakteryzujący się zakresem regulacji o poniższych wartościach?

- Zakres elektrycznej regulacji segmentu pleców w zakresie - 10° / + 70°
- Zakres elektrycznej regulacji pozycji anty Trendelenburga 20°
- Ręczna regulacja segmentu głowy w zakresie -58° / +37°, oraz regulacja wysokości w zakresie 135mm wspomagane sprężyną gazową
- Ręczna regulacja segmentu nóg w zakresie -90°/+26° wspomagana sprężynami gazowymi
- Ręczna regulacja odwodzenia segmentu nóg na boki w zakresie 90° każda (razem 180°)

Powyższe zakresy różnią się nieznacznie od wymaganych i zapewniają możliwość ustawienia stołu w dowolnej pozycji chirurgicznej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pyt. nr 7. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1, poz. 36.**

Czy Zamawiający wymaga aby stół wyposażony był w obejmowane materace wykonane z pianki viscoelastycznej? Jest to rozwiązanie które zapewnia zdecydowanie większy komfort pacjentom niż materace poliuretanowe.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pyt. nr 8. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1, poz. 38.**

Czy Zamawiający dopuści wyposażenie stołu równoważne do wymaganego:

- podkolanniki typu Goeple - 1 kpl. (2 sztuki) wraz z zaciskami
- materac do ułożenia bocznego L x W x H: 500 x 500 x 200, do pozycjonowania nóg pacjenta przy ułożeniu bocznym - 1 szt.
- przystawka do operacji kości piszczelowej, strzałkowej, mocowana na przystawce ortopedycznej (wyciągu kończyn dolnych) - 1szt
- przystawka do operacji łokotki montowana na szynie bocznej - wałek 1 szt.
- stolik do operacji ręki (bez podnóżków) z regulacją wysokości względem blatu, wymiary LxW: 650 x 400mm - 1 szt
- wałek średnica 100mm - 1 szt
- wałek średnica 150mm - 1 szt
- oparcie łonowo-brzuszne, średnica 150mm, regulacja wysokości oraz możliwość obrotu w osi pionowej 360 stopni za pomocą przegubów z uchwytem- 1 szt
- oparcie boczno-barkowe, prostokąt, wymiary: L x W: 100x 200 mm, regulacja wysokości oraz możliwość obrotu w osi pionowej 360 stopni za pomocą przegubów z uchwytem - 2 szt
- pas tułowia długość 2200mm z poduszką 110x550 - 2kpl
- podpórka ręki z dowolną regulacją kąta dzięki przegubowi kulkowemu za pomocą dźwigni – 2 szt
- przystawka do operacji barków przystawka montowana w miejscu segmentu pleców. Regulacja kąta nachylenia przystawki za pomocą pilota. Część barkowa podzielona na trzy części, każda części skrajne odemowane. Środkowa część wyposażona w podgłówek typu hełmowego z umożliwiającą regulację, podgłówek unieruchamiający głowę - 1 komplet
- przystawka ortopedyczna kończyn dolnych wyposażona w buty dla dorosłych oraz agregaty naciągowe

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

**Pyt. nr 9. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 1, poz. 39.**

Czy Zamawiający dopuści stół renomowanego fińskiego producenta o konstrukcji ze stali konstrukcyjnej, a obudowie podstawy i kolumny z tworzywa ABS zapewniające trwałość i łatwość dezynfekcji oraz zmniejszające ryzyko podczas zabiegów (np. porażenia prądem)? Czy zamawiający przyzna temu rozwiązaniu maksymalną ilość punktów jako nadrzędnemu względem wymaganego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie wyraża zgodny na przyznanie w/w rozwiązaniu maksymalnej ilości punktów jako równoważnemu z SIWZ.

**(ZAPYTANIE NR 10)**

**Pyt. nr 1. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4, poz. 15.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające dla cyklu standardowego oraz intensywnego zużycie wody wynoszące 35l?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pyt. nr 2. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4, poz. 8, 30.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zasilaniu 400V, 50Hz, o mocy zasilania 5,05? Jest to parametr zwiększający wydajność urządzenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pyt. nr 3. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4, poz. 17.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wbudowaną uniwersalną pompę na środek myjący/zmiękczający?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pyt. nr 4. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4, poz. 13, 26.**

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia wyposażona była w komorę ze stali nierdzewnej z systemem min. 13 dysz myjących (w tym min. 9 dysz rotacyjnych i 1 obrotowe ramie spryskujące umieszczone w górnej części komory) zapewniających dokładne mycie i dezynfekcję naczyń zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby myjnia wyposażona była w komorę ze stali nierdzewnej z systemem min. 13 dysz myjących (w tym min. 9 dysz rotacyjnych i 1 obrotowe ramie spryskujące umieszczone w górnej części komory) zapewniających dokładne mycie i dezynfekcję naczyń zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.

**Pyt. nr 5. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4, poz. 26.**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w dysze wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, łatwo demontowane w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia, gwarantuje to długą ich żywotność oraz zapewnia wysoką jakość mycia / powtarzalność?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby urządzenie wyposażone było w dysze wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, łatwo demontowane w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia.

**Pyt. nr 6. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4.**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w uszczelkę drzwiową umieszczoną na korpusie urządzenia? Oferowane rozwiązanie jest higieniczne, zapewnia mniejsze ryzyko uszkodzenia uszczelki podczas załadunku.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby urządzenie wyposażone było w uszczelkę drzwiową umieszczoną na korpusie urządzenia.

**Pyt. nr 7. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4.**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało płynną regulację programów/temperatury z panelu sterowania w zależności od mytych naczyń?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby urządzenie posiadało płynną regulację programów/temperatury z panelu sterowania w zależności od mytych naczyń.


**Pyt. nr 8. Dotyczy Formularza opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Zadanie nr 4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dłużenie czasu naprawy do 7 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni? Po przekroczeniu wyłącznie terminu 14 dni naprawy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

DYREKTOR  
  
Kamil Barczyk